



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР**

НОВИ САД

број 747-7

06.03.2017. година

На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15, 68/2015), Решења о финансирању одбране РС за 2017. годину акт Управе за буџет СБиФ МО (И бр. 18-615 од 29.12.2016. године) и Одлуке о одобрењу Плана набавки за 2017. годину, акт Управе за снабдевање, бр. 15-56 од 31.01.2017. године а у складу са чланом 116. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“, бр.29/14) као и на основу Оквирног споразума бр. 3628-200 од 15.06.2016. год. (Удаљем тексту: Оквирни споразум) закљученог између између Војномедицинске академије, улица Црнотравска број 17, Београд, и добављача, а за потребе јединица и установа Министарства одбране и Војске Србије, и на основу и извештаја о стручној оцени понуда бр. 747-6 од 03.03.2017. године, *д о н о с и м*:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ НАРУЧБЕНИЦЕ:

1. Извршити услугу поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме из Војномедицинског центра Нови Сад:
 - Корективно одржавање Апарата за бикарб. хемод. са контр. ултрафилци., Ознака/Тип АК 100, произвођач Gambro, серијски број 6906, година производње 1996., 1 комад, корисник Одељење за хемодијализу, како је наведено у Захтеву за набавку услуге И.бр. 32-6 од 23.02.2017. год.
 - Корективно одржавање Апарата за бикарб. хемод. са контр. ултрафилци., Ознака/Тип АК 100, произвођач Gambro, серијски број 8977, година производње 1996., 1 комад, корисник Одељење за хемодијализу, како је наведено у Захтеву за набавку услуге И.бр. 32-6 од 23.02.2017. год.
 - Корективно одржавање Апарата за бикарб. хемодијализу, Ознака/Тип АК 200 ULTRA, произвођач Gambro, серијски број 2973, година производње 2001., 1 комад, корисник Одељење за хемодијализу, како је наведено у Захтеву за набавку услуге И.бр. 32-6 од 23.02.2017. год.
 - Корективно одржавање Апарата за бикарб. хемодијализу, Ознака/Тип АК 200 ULTRA, произвођач Gambro, серијски број 2974, година производње 2001., 1 комад, корисник Одељење за хемодијализу, како је наведено у Захтеву за набавку услуге И.бр. 32-6 од 23.02.2017. год.
 - Корективно одржавање Апарата за реверзивну осмозу, Ознака/Тип WRO10-100, произвођач Gambro, серијски број 620, 1 комад, корисник Одељење за хемодијализу, како је наведено у Захтеву за набавку услуге И.бр. 32-6 од 23.02.2017. год.
 - Корективно одржавање Апарата за реверзивну осмозу, Ознака/Тип WRO10-100, произвођач Gambro, серијски број 646, 1 комад, корисник Одељење за хемодијализу, према извештају о стручној оцени понуда И бр. 747-6 од 03.03.2017. године.Број набавке у ОРН: 50400000
Позиција задатка у Плану јавних набавки: 1.2.17.

Сходно Оквирном споразуму, набавку услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме извршити од даваоца услуга ван ВС, Medicon д.о.о., Војвођанска 97, 22441 Деч-Пећинци, телефакс: +381 11 262 30 84, који је доставио комплетну понуду, за

целокупну услугу у износу од 258.071,00 динара без ПДВ-а, гарантни рок од 12 месеци за уграђене делове и изведене радове и рок за извршење услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме од 21 дан од дана пријема наруџбенице.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ:

- На основу члана 6. Оквирног споразума, привредном друштву:
Medicon д.о.о., Војвођанска 97, 22441 Деч-Пећинци, телефакс: +381 11 262 30 84
упућен је захтев за позива достављање понуде бр. 747-4 од 24.02.2017.године и то:

Основни подаци о средству	Спецификација потребних радова
Апарат за бикарб. хемод. са контр. ултрафилци.	Током хемодијализе ултрафилтрација је већа него што се на дисплеју показује (скида више). - Потребни радови: Извршити оправку апарата.
Ознака/Тип АК 100	
Сер.бр 6906	
произвођач Gambro	
година производње 1996	
Основни подаци о средству	Спецификација потребних радова
Апарат за бикарб. хемод. са контр. ултрафилци.	Апарат повремено показује кључ одмах по укључивању апарата. - Потребни радови: Извршити оправку апарата.
Ознака/Тип АК 100	
Сер.бр 8977	
произвођач Gambro	
година производње 1996	
Основни подаци о средству	Спецификација потребних радова
Апарат за бикарб. хемодијализу	Апарат показује грешку FLG INTR 008. Не завршава дезинфекцију. - Потребни радови: Извршити оправку апарата.
Ознака/Тип АК 200 ULTRA	
Сер.бр 2973	
произвођач Gambro	
година производње 2001	
Основни подаци о средству	Спецификација потребних радова
Апарат за бикарб. хемодијализу	Апарат показује кључ, грешка FCN 5.06.001. У току дијализе не ради пумпа негативног притиска.- Потребни радови: Извршити оправку апарата.
Ознака/Тип АК 200 ULTRA	
Сер.бр 2974	
произвођач Gambro	
година производње 2001	
Основни подаци о средству	Спецификација потребних радова
Апарат за реверзну осмозу	Запрљани филтери. - Потребни радови: Извршити замену филтера, дезинфекцију и подешавање апарата.
Ознака/Тип WRO10-100	
Сер.бр 620	
произвођач Gambro	
година производње 2001	
Основни подаци о средству	Спецификација потребних радова
Апарат за реверзну осмозу	Запрљани филтери. - Потребни радови: Извршити замену филтера, дезинфекцију и подешавање апарата.
Ознака/Тип WRO10-100	
Сер.бр 646	
произвођач Gambro	
година производње 2001	

- Поступак отварања понуда спроведен је у ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја 5 дана 03.03.2017.године са почетком у 09.30 часова.
- Отварање понуда водио је заменик реализатора набавке, ВС Марко Совиљ, одређен решењем 747-2 од 23.02.2017. године.

- Благовремено, тј. дана 02.03.2017. године, путем телефакса, понуду је доставио 1 (један) понуђача и то:

Дело. број	Назив – шифра понуђача	Датум пријема	час
840-1	Medicon д.о.о., Војвођанска 97, 22441 Деч-Пећинци	02.03.2017.	14.00

- Понуда овог предузећа је евидентирана у деловоднику Војномедицинског центра Нови Сад под бројем: бр.840-1 од 02.03.2017. године. Наведена понуда је отворена дана 03.03.2017. године у 09.30 часова, о чему је вођен записник о отварању понуда бр. 747-5 од 03.03.2017. године.
- Отварању понуда нису присуствовали представници понуђача.
- Приликом отварања понуда заменик реализатора набавке је констатовао да је понуда понуђача исправна и у складу са условима из конкурсне документације.
- Имајући у виду наведено, заменик реализатора набавке је констатовао да су понуђачи понудили услугу поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме, по следећим условима:

Ред. бр.	Понуђач	Параметар 1 (цена)	Параметар 2 (квалитет)	Параметар 3 (рок извршења)
		(динара)	(месеци)	(дана)
1	2	3	4	5
1	Medicon д.о.о.	258.071,00	12	21 дан од дана пријема наруџбенице

- Заменик реализатора набавке није вршио пондерисање за услугу одржавања медицинске и прецизне опреме.

Предлог заменика реализатора набавке:

На основу сагледаних потреба за одржавањем медицинске и прецизне опреме, као и немогућности да се потребе задовоље властитим капацитетима, а ради стварања услова за континуирано функционисање система логистичке подршке, заменик реализатора набавке за јавну набавку ВМЦ-а, након стручне оцене предлаже:

Сходно Оквирном споразуму, издати наруџбеницу привредном друштву Medicon д.о.о., Војвођанска 97, 22441 Деч-Пећинци, за услугу оправке Апарат за хемодијализу – 6 комада, према следећем:

Број под којим је понуда заведена у Војномедицинском центру Нови Сад	бр. 840-1 од 02.03.2017. год.
Време пријема понуде	14.00 часова
Назив и шифра понуђача	Medicon д.о.о., Војвођанска 97, 22441 Деч-Пећинци, телефакс: +381 11 262 30 84
Број понуде понуђача и датум	868/17 од 02.03.2017.г.
Понуђена цена (вредност понуде без ПДВ-а)	258.071,00
Понуђена цена (вредност понуде са ПДВ)	309.685,20
Гарантни рок	12 месеци за уграђене делове и изведене радове
Рок реализације услуге	21 дан од дана пријема наруџбенице
Рок плаћања	30 дана

Имајући у виду све поменуто, а на основу предлога који је заменик реализатора набавке дао, одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

Против одлуке Наручиоца, понуђач може поднети захтев за заштиту права понуђача, ако сматра да су овом одлуком повређена његова права. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији, непосредно или поштом препоручено са повратницом у року од 5 дана од дана објаве на Порталу УЈН, у складу са одговарајућим одредбама (члан 148-167) Закона о јавним набавкама.

/МС

- уз омот предмета

У П Р А В Н И К

пуковник

др Братољуб Бркљача

