



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

Бр. 6695 – 39
03 NOV 2017

На основу члана 107. и 108 и Закона о јавним набавкама РС ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15, на даље: Закон), д о н о с и м:

О Д Л У К У
о додели уговора

У отвореном поступку јавне набавке добра, Дигитални рендген апарат за 3D СВСТ (cone beam CT) за потребе Војномедицинске академије, предвиђена у плану набавки Министарства одбране за 2017. годину, на позицији 1.1.173., ознака из ОРН: 33126000, укупне процењене вредности 15,833,333.00 РСД, без ПДВа, редни број јавне набавке 208/2017:

1. Сходно Закону, применом критеријума економски најповољнија понуда, закључити уговор за испоруку добра, Дигитални рендген апарат за 3D СВСТ (cone beam CT) произвођача Carestream Health type Dental x-ray System CS9300, са привредним друштвом Medicom д.о.о. Шабац, чија понуда нема битних недостатака, одговарајућа је и прихватљива.
2. Одлуку о додели уговора, објавити на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца, у року од три дана од дана доношења

О б р а з л о ж е њ е

На основу захтева Сектора за лечење ВМА Ибр. 5190-2 од 08.05.2017. године и допуне Ибр. 5190-4 од 21.06.2017. године, неопходно је, ради стварања услова за континуирано функционисање система дијагностичког лечења и збрињавања пацијентата, реализовати предметну набавку добра, Дигитални рендген апарат за 3D СВСТ (cone beam CT) за потребе више корисника из састава Војномедицинске академије Београд.

Критеријум за доделу уговора је „ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА“, а према следећим критеријумима:

- цена до 95 пондера и,
- квалитет до 5 пондера (поседовање интегрисане моторизоване пацијент столице).

Пондерисање:

Цена 95 x најнижа понуђена цена
 понуђена цена

Квалитет Уређај поседује интегрисану моторизовану пацијент столицу 5 пондера
 Уређај не поседује интегрисану моторизовану пацијент столицу 0 пондера

Позив за подношење понуда и конкурсна документација, објављени на Порталу јавних набавки УЈН и интернет страници МО, а позив за подношење понуда објављен на порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа.

Поступак отварања понуда, спроведен у Војномедицинској академији у Београду, улица Црнотравска бр. 17, у присуству комисије ВМА, дана 12.09.2017. године, са почетком у 11 часова, и завршен истог дана у 11,25 сати, а о истом је сачињен записник са отварања понуда број 6695-30 од 12.09.2017. године.

Отварању понуда су, поред чланова комисије за јавну набавку ВМА, присуствовали и представници понуђача:

РБ	Понуђач	Представник	Пуномоћје број
1	Medicom д.о.о. Шабац	Иван Филиповић	2460
2	TIM Со д.о.о. Београд	Момчило Мирић	524/17

Благовремено, тј. до дана 12.09.2017. год, до 10,45 сати, приспеле су понуде:

дело. број	Назив -шифра понуђача	датум пријема	сат	Број понуде
6695 - 32	TIM Со. д.о.о. Београд	12.09.2017.	9,16	КАВ-1608
6695 - 31	Medicom д.о.о. Шабац	12.09.2017.	10,00	2277
	Допуна Medicom д.о.о. Шабац	12.09.2017.	10,00	2461

Након отварања понуда, комисија је констатовала следеће податке из истих, и то:

РБ	Елементи понуде	П о н у ђ а ч и	
		TIM Со. д.о.о. Београд	Medicom д.о.о. Шабац
		самостална понуда	самостална понуда
1	Вредност без ПДВа	15,360,000.00	10,450,000.00
	Понуда важи	90 дана	90 дана
	Рок квалитативни/ квантитативни	30/10 дана	30/10 дана
	Гарантни рок	12 месеци	24 месеца
	Начин плаћања	30 дана	30 дана
	Напомена	-	Допуна понуде се односи на техничку спецификацију

Комисија ВМА, за спровођење поступка предметне набавке добра, је утврдила да је потребно појашњење понуде привредног друштва Medicom д.о.о. Шабац, па је сходно члану 93. Закона о јавним набавкама ("Сл.гл. РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), упућен акт 6695-33 од 14.09.2017. године, у коме је тражено да понуђач појасни разлику између податка достављеног из оригиналног каталога, у коме стоји тип детектора TFT и достављене Изјаве инозаступника за Европу, где је наведено да је 3D flat panel детектор од аморфног силикона.

Одговор од стране понуђача Medicom д.о.о. Шабац, број 2517 је достављен 18.09.2017. године, и у истом је наведено да маркетиншки материјал произвођача не садржи детаљан опис компоненти апарата као ни материјал израде истих, због чега је уз понуду достављена Изјава инозаступника у којој је наведено да је 3D flat panel детектор од аморфног силикона.

Поред наведеног, Комисија ВМА је упутила захтев за мишљење и Агенцији за лекове и медицинска средства Републике Србије (на даље АЛИМС), акт број 6695-34 од 21.09.2017. године, а по основу издатих Решења о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава потенцијалним понуђачима, у коме је тражено, да у циљу стручне оцене понуде, доставе информацију „Да ли су понуђена добра регистрована у складу са Законом о лековима и медицинским средствима и захтевима „Техничке спецификације“ из конкурсне документације (да поседују аморфну силиконску плочу (Amorphous silicon flat panel))?”

АЛИМС је доставио мишљење број 515-00-016989-2017-7-003 од 04.10.2017. године (примљено у ВМА дана 09.10.2017. године и заведено под бројем 6695-35), у коме се наводи:

„Агенцији за лекове и медицинска средства Републике Србије је за наведена медицинска средства издала Решења о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава по процедури која је предвиђена за упис у Регистар медицинских средстава која су усклађена са Директивом Европске Уније (медицинска средства која поседују „СЕ“ знак), која уређује област медицинских средстава. За такве производе прописана је процедура уписа у Регистар на основу сертификата којим се потврђује усклађеност медицинског средства са наведеном Директивом Европске Уније, као и оригиналног текста упутсва за медицинско средство. Агенција у поступку уписа у Регистар медицинских средстава која поседују „СЕ“ знак не захтева достављање техничке документације, тако да се то може поставити само као додатни услов здравствене установе у поступку јавне набавке, где произвођач може да потврди техничком документацијом састав, компоненте и карактеристике одређеног производа.“

Сходно добијеном одговору АЛИМСа, Комисија за спровођење поступка предметне набавке добра, је утврдила да је потребно још једно појашњење понуде привредног друштва Medicom д.о.о. Шабац, па је сходно члану 93. Закона о јавним набавкама ("Сл.гл. РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), упућен акт 6695-36 од 18.10.2017. године, у коме је тражено да понуђач достави потврду/ изјаву произвођача да ће понуђени апарат са аморфном силиконском плочом (Amorphous silicon flat panel), радити једнако квалитетно као и са TFT детектором, а који је наведен у достављеној техничкој спецификацији и каталогу.

Одговор од стране понуђача Medicom д.о.о. Шабац, број 2923 је достављен 24.10.2017. године, и у истом је наведено да је захтев недвосмислено доказан изјавом инозаступника достављеном уз понуду, као и изјавом достављеном на захтев за додатно појашњење понуде број 6695-33 од 14.09.2017. године, те да понуђач гарантује да понуђено добро задовољава све техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом.

Поред осталог, Комисија за предметну набавку је 30.10.2017. године, претражујући доступне информације на интернету, дошла до документа у коме су анализиране техничке карактеристике највећег броја произвођача дигиталних рендген апарата за 3D CBCT.

У делу анализе апарата произвођача Carestream Health type S9300/9300C/CS9300 (апарат који се нуди од понуђача Medicom д.о.о. Шабац)/9300 Select, у колони „Image Detector“ наведено да је исти „Amorphous Silicon Flat Panel“, што је, код Комисије за предметну набавку, отклонило и последњу сумњу да понуђени апарат одговара очекиваним перформансама и несметаној експлоатацији.

Након више одржаних састанака и свега г.п., Комисија за спровођење поступка предметне набавке је извршила стручну оцену достављених понуда и утврдила да исте не садрже битне недостатке, одговарајуће су и прихватљиве.

РБ	Понуђач (број понуде)	<u>Цена РСД</u> број пондера	<u>Квалитет</u> број пондера	Укупно пондера
1	TIM Co. д.о.о. Београд (КАВ-1608/17 од 16.08.2017. године)	<u>15,360,000</u> 65	<u>5 пондера</u> Уређај поседује интегрисану моторизовану пацијент столицу	70
2	Medicom д.о.о. Шабац (2277 од 22.08.2017. године и допуна 2461 од 11.09.2017. године)	<u>10,450,000</u> 95	<u>0 пондера</u> Уређај не поседује интегрисану моторизовану пацијент столицу	95

Комисија за спровођење предметне набавке је предложила следеће:

Да се сходно Закону, применом критеријума економски најповољнија понуда, закључити уговор за испоруку добра, Дигитални рендген апарат за 3D CBCT (cone beam CT) произвођача Carestream Health type Dental x-ray System CS9300, са привредним друштвом Medicom д.о.о. Шабац, и то:

Укупна вредност понуде без ПДВа: 10,450,000.00 РСД

Понуда важи: 90 дана

Рок за квантитативни пријем: 30 дана од дана закључења уговора.

Рок за квалитативни пријем: 10 дана од дана пријема обавештења о припреми простора од стране ВМА према „site plan“ у понуђене опреме.

Гарантни рок: 24 месеца.

Начин и рок плаћања 30 дана.


Имајући у виду све поменуто, а на основу предлога коју је Комисија за јавну набавку ВМА дала у извештају, уз претходно потпуно усаглашене ставове, одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ове одлуке може се уложити захтев за заштиту права, у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу УЈН. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, све у складу са одредбама члана 148-167 Закона.

МС,СО

МП



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

П У К О В Н И К

Проф. др Милослав Вукосављевић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-Портал УЈН

-интернет страница МО