



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
ВОЈНА БОЛНИЦА НИШ

Бр. 1008- 8

          .03.2026. године

НИШ

05 MAR 2026

ЧУВАТИ ДО КРАЈА 2030. год.

Функција бр. 36, редни бр. 64.

Датум: 04.03.2026.године

Обрађивач: вс Поповић Димитрије

*Поповић Д.*

На основу **члана** 147. ст. 1. тач. 1. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник" бр.91/19 и 92/23), члана 27. ст. 1 Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС, Правилника о изменама и допунама правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС (СВЈ 4/22 и 23/23), извештаја о спровођењу поступка набавке услуге број 1008-7 од 04.03.2026. године, *доносим:*

**ОДЛУКУ**  
о обустави поступка  
јавне набавке- оквирни споразум

1. Предмет набавке:	Текуће поправке и одржавање медицинских апарата и уређаја	
2. Процењена вредност набавке :	300.000,00 динара без ПДВ	360.000,00 динара са ПДВ
3. Књиговодствена шифра плана финансирања, извор финансирања и конто економске класификације:	544/01/42525154	
4. Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга:	<b>Одржавање РТГ апарата CARESTREAM:</b> <b>1.- РТГ апарати MOTION MOBILE Carestream Italy, 30kW, 125kV, 400mA</b> (Интерно одељење, MTN 17/196): <b>1.1.-</b> Пријављује грешку , не може да старује; Потребна замена диска <b>512 GB SSD</b> , реинсталација оперативног система и калибрација детектора. <b>1.2.-</b> Замена батерија таблет конзоле <b>1.3.-</b> Провера и контрола параметара апарата.	
5. Подаци о потенцијалним понуђачима – добављачима, потребне елементе интегралне логистичке подршке и друго:	Потписник оквирног споразума број <b>6716-129</b> од <b>07.09.2022.</b> године, са Војномедицинском академијом Београд – Одржавање медицинске и прецизне опреме произвођача <b>CARESTREAM.</b>	

6. Редни број под којим је набавка планирана у јединственом плану набавки:	0121 - Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме
7. Број одлуке јавне набавке	6/26
8. Број Наручбенице/Уговора и износ	Није издата наручбеница/уговор
9. Могући понуђачи (назив, адреса, контакт)	<b>Medicom д.о.о.</b> , Поцерска 3, 15000 Шабац, <a href="mailto:office@medicom.rs">office@medicom.rs</a>
10. Разлог обуставе поступка јавне набавке	У току стручне оцене понуде констатовано је да је понуда <b>непотпуна</b> и да се њом не пружа потпуно оспособљавање апарата тј понуђач није навео цену за ставке 1.2. , 1.3.. Понуђач у напомени понуде наводи да цену за ставку 1.2. , односно батерије не може понудити јер чека информацију о доступности од произвођача. Комисија доноси одлуку да овакву понуду <b>одбије као неприхватљиву</b> у складу са чл. 144. ст.1. тач. 3. Закона о јавним набавкама: нису испуњени захтеви и услови у вези са предметом набавке и техничким спецификацијама.
11. Дужности комисије за спровођење поступка набавке	О обустави поступка јавне набавке обавестити фирме добављача учесника, објавити ову одлуку на порталу јавних набавки, након чега ће комисија за спровођење поступка набавке доставити писани извештај

БМ/ДП

*M. L. 2.*

Урађено у 1 примерку,  
и достављено:  
- Одсеку за одржавање ВБ Ниш х 1.

У П Р А В Н И К

П О Т П У К О В Н И К

др спец. Душан Максимовић