



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
ВОЈНА БОЛНИЦА НИШ

Бр. 3993- 22/25  
...02.2026. године

27 FEB 2026 НИШ

ЧУВАТИ ДО КРАЈА 2030. год.

Функција бр. 36, редни бр. 64.

Датум: 20.02.2026. године

Обрађивач: вс Поповић Димитрије

*Popovic D.*

На основу члана 147. ст. 1. тач. 1. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник" бр.91/19 и 92/23), члана 27. ст. 1 Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС, Правилника о изменама и допунама правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС (СВЈ 4/22 и 23/23), извештаја о спровођењу поступка набавке услуге број 3993-\_\_\_/25 од \_\_\_ .02.2026. године и Одлуке поништењу предлога уговора број 3993-\_\_\_/25 од \_\_\_ .02.2026. године, доносим:

**ОДЛУКУ**  
о обустави поступка  
јавне набавке- оквирни споразум

1. Предмет набавке:	Текуће поправке и одржавање медицинских апарата и уређаја	
2. Процењена вредност набавке :	8.000.000,00 динара без ПДВ	9.600.000,00 динара са ПДВ
3. Књиговодствена шифра плана финансирања, извор финансирања и конто економске класификације:	544/01/42525154	
4. Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга:	Поправка <i>pendgen aparat za kompjuterizovanu tomografiju, Skener 128-slajсни PHILIPS INCISIVE CT, 112 kVA, 140 kV, sn: 550087; s.br.cevi 182252:</i> 1. Замена дела PHILIPS 459801139963 FRU, Power block PB-CT80 - не извршава функцију загревања цеви, ни након ресетовања. Пријављује грешку: HV FAULT SIGNAL IS SET. TUBE WARM UP: SHORT TUBE CONDITIONING ERROR:	
5. Подаци о потенцијалним понуђачима – добављачима, потребне елементе интегралне логистичке подршке и друго:	Потписник оквирног споразума број <b>6782-88</b> од <b>18.12.2025.</b> године, са Војномедицинском академијом Београд – Одржавање медицинске и прецизне опреме произвођача <b>PHILIPS.</b>	

6. Редни број под којим је набавка планирана у јединственом плану набавки:	0162 - Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме
7. Број одлуке јавне набавке	89/25
8. Број Наручбенице/Уговора и износ	Није издата наручбеница/уговор
9. Могући понуђачи (назив, адреса, контакт)	<b>Medicom д.о.о.</b> , Поцерска 3, 15000 Шабац. <a href="mailto:office@medicom.rs">office@medicom.rs</a>
10. Разлог обуставе поступка јавне набавке	Након пријема концепта уговора понуђач је послао допис од 29.01.2026. године, ВБН дел. бр. 3993-19/25 од 05.02.2026.године, у коме се одбијање потписивања уговора образлаже да се предметни оквирни споразум не односи на уређај који је предмет ове јавне набавке. Комисија доноси одлуку да <b>обустави овај потупак</b> у складу са чл. 147. ст.1. тач. 1. Закона о јавним набавкама: постоје доказиви разлози, који нису могли да се предвиде у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно у конкретном случају понуђач је установио да оквирним споразумом није обухваћена предметна опрема.
11. Дужности комисије за спровођење поступка набавке	О обустави поступка јавне набавке обавестити фирме добављача учесника, објавити ову одлуку на порталу јавних набавки, након чега ће комисија за спровођење поступка набавке доставити писани извештај

БМ/ДП

*М. Ј. 2.*

Урађено у 1 примерку,  
и достављено:

- Одсеку за одржавање ВБ Ниш х 3.

