

На основу члана 118. став 2. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЛ бр.29/14 и 9/17) и Одлуке бр. 07-1578-2 од 09.04.2019. године, доносим

ОДЛУКУ О ИЗДАВАЊУ НАРУЦБЕНИЦЕ

- Извршити поручивање услуге Поправке мерних инструмената (ознака из општег речника ЈН 50410000 - услуге поправке мерно испитне опреме) по партијама, за потребе ТОЦ-а и то:

Партија	Назив средства
1.	С3: Акцелометар, тросни, типа MTN 1310, произвођача Monitran (с.бр.506280), ком.1. Неисправност: Нестабилан сигнал са акцелерометра.
2.	С4: Двоструки филтер КН 3342 (с.бр. 284), ком. 1. Користи се приликом еталонирања мерача изобличења у циљу испитивања потискивања носеће фреквенције сигнала. Неисправност: Приликом одређивања грешке фреквенције двоструког филтера за -3 dB, установљено је недозвољено одступање на Филтеру 1 и 2 и то на свим опсезима од 100 Hz до 999 Hz, као и недозвољено одступање приликом мерења фреквенцијске карактеристике. Подешавање уређаја није могуће извршити, јер исто није дефинисано у упутству произвођача. После поправке мерило мора задовољити специфициране карактеристике од стране произвођача што ће се потврдити еталонирањем у Сектору метрологије.
3.	Претпојачавач наелектрисања ВК 2650 (с.бр. 1018710), ком. 1. Користи се у примарном еталону вибрација за одређивање осетљивости акцелерометара. Неисправност: Претпојачавач када се побуди напоном истог нивоа-пропорционалном наелектрисању на излазу не даје исти напон. Потребно је извршити поправку да имај исти излазни напон при истој улазnoj побуди. Потребно је урадити замену свих електролита и кондензатора и чишћење контаката.
4.	Претпојачавач наелектрисања ВК 2650 (с.бр. 1278386), ком. 1. Користи се у примарном еталону вибрација за одређивање осетљивости акцелерометара. Неисправност: Претпојачавач када се побуди напоном истог нивоа-пропорционалном наелектрисању на излазу не даје исти напон. Потребно је извршити поправку да имај исти излазни напон при истој улазnoj побуди. Потребно је урадити замену свих електролита и кондензатора и чишћење контаката.

Напомена: Поправљени инструменти морају проћи преглед у МЛ ТОЦ-а. Тада се може сматрати да је услуга извршена у потпуности и исплатити рачун (након потписивања квалитативног пријема услуге).

- Услугу поручити у фирми Mega Solution doo са Н.Београда, са укупном ценом услуге од 159.240,00 динара (Партија 1: 35.880,00 ; Партија 2: 62.400,00; Партија 3: 30.480,00; Партија 4: 30.480,00).
- Набавку услуге извршити на терет одобрених финансијских средстава, по расходу 42525310, шифра 906.

Образложење:

Дана 09.04.2019. године, покренуте су активности за вршење услуге поправке (ознака из речника ЈН 50410000 - услуге поправке мерно испитне опреме) по партијама, за потребе ТОЦ-а:

Партија	Назив средства	Цена без ПДВ у динарима
1.	С3: Акцелометар, тросни, типа MTN 1310, произвођача Monitran (с.бр.506280), ком.1. Неисправност: Нестабилан сигнал са акцелерометра.	30.000,00
2.	С4: Двоструки филтер КН 3342 (с.бр. 284), ком. 1. Користи се приликом еталонирања мерача изобличења у циљу испитивања потискивања носеће фреквенције сигнала. Неисправност: Приликом одређивања грешке фреквенције двоструког филтера за -3 dB, установљено је недозвољено одступање на Филтеру 1 и 2 и то на свим опсезима од 100 Hz до 999 Hz, као и недозвољено одступање приликом мерења фреквенцијске карактеристике. Подешавање уређаја није могуће извршити, јер исто није дефинисано у упутству произвођача. После поправке мерило мора задовољити специфициране карактеристике од стране произвођача што ће се потврдити еталонирањем у Сектору метрологије.	100.000,00
3.	Претпојачавач наелектрисања ВК 2650 (с.бр. 1018710), ком. 1. Користи се у примарном еталону виграција за одређивање осетљивости акцелерометара. Неисправност: Претпојачавач када се побуди напоном истог нивоа-пропорционалном наелектрисању на излазу не даје исти напон. Потребно је извршити поправку да имај исти излазни напон при истој улазној побуди. Потребно је урадити замену свих електролита и кондензатора и чишћење контаката.	50.000,00
4.	Претпојачавач наелектрисања ВК 2650 (с.бр. 1278386), ком. 1. Користи се у примарном еталону виграција за одређивање осетљивости акцелерометара. Неисправност: Претпојачавач када се побуди напоном истог нивоа-пропорционалном наелектрисању на излазу не даје исти напон. Потребно је извршити поправку да имај исти излазни напон при истој улазној побуди. Потребно је урадити замену свих електролита и кондензатора и чишћење контаката.	50.000,00

Процењена вредност набавке је: 230.000,00 динара, без ПДВ, односно 276.000,00 динара са ПДВ-ом (20%).

Позив за достављање понуда бр. 07-1578-4 од 09.04.2019. године је послат фирмама NT+Security, Ibis Instruments, DEX, Micom TM Internacional, Аутоматика Алба и Mega Solution из Београда, ТРЦ ПРО доо са Петроварадина и бјављен на Порталу ЈН и на Интернет страници МО, дана 09.04.2019. године.

Рок за достављање понуда био је до 10.00 часова, дана 19.04.2019. године. До рока за достављање понуда, благовремено, примљено је четири понуде.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 19.04.2019. године, са почетком у 10.15 часова у просторијама Наручиоца објект 45, канцеларија 0.12.

Критеријум за оцењивање понуда био је најнижа цена услуге. Резервни критеријум био је: 1. Најдужи период гаранције на замењене делове; 2. Најкраћи рок извршења услуге.

Понуда:

Фирма NT+Security doo, ул. Владимира Томановића бр. 53/24, из Београда, доставила је е-маилом благовремену, одговарајућу и прихватљиву понуду за партије 2, 3 и 4 у износу од 122.200,00 динара без ПДВ (Партија 2: 45.800,00; Партија 3: 38.200,00; Партија 4: 38.200,00). Рок за реализацију услуге је 45 дана по пријему средства. Плаћање је 30 дана од дана завођења рачуна у деловодству наручиоца. Примопредаја средстава је у Сектору за метрологију ТОЦ. Гаранција на замењене делове је 12 месеци, а на радове 12 месеци.

У цену су урачунати трошкови набвке резервних делова. У случају да се квар не отклони у предвиђеном року, уређаји ће бити враћени и неће се потраживати надокнада утрошеног материјала и времена. Поправљени инструменти морају проћи еталонирање у МЛ ТОЦ. Тада се може сматрати да је услуга извршена у потпуности и исплатити рачун.

Ова понуда се може узети у разматрање за партије 2, 3 и 4.

Фирма MICOM TM International doo., ул. Вул. Војводе МИишића бр. 39а/IV из Београда, доставила је е-mailом благовремену, одговарајућу и прихватљиву понуду за партије 2, 3 и 4 у износу од 147.070, 00 динара без ПДВ (Партија 2: 55.670,00; Партија 3: 45.700,00; Партија 4: 45.700,00). Рок за реализацију услуге је 45-60 дана по пријему средства. Плаћање је 30 дана од дана завођења рачуна у деловодству наручиоца. Примопредаја средстава је у Сектору за метрологију ТОЦ. Гаранција на замењене делове је 6 месеци, а на радове 6 месеци. У цену су урачунати трошкови набвке резервних делова. У случају да се квар не отклони у предвиђеном року, уређаји ће бити враћени и неће се потраживати надокнада утрошеног материјала и времена. Поправљени инструменти морају проћи еталонирање у МЛ ТОЦ. Тада се може сматрати да је услуга извршена у потпуности и исплатити рачун.

Ова понуда се може узети у разматрање за партије 2, 3 и 4.

Фирма Mega Solution, ул. Шидска бр. 10, 11070 Н. Београд, доставила је е-mailом благовремену, одговарајућу и прихватљиву понуду за партије 1, 2, 3 и 4 од 132.700,00 динара без ПДВ (Партија 1: 29.900,00; Партија 2: 52.000,00; Партија 3: 25.400,00; Партија 4: 25.400,00). Рок за реализацију услуге је: Партија 1: 12 дана; Партија 2: 30 дана; Партија 3: 7 дана и Партија 4: 7 дана по пријему средства. Плаћање је 30 дана од дана завођења рачуна у деловодству наручиоца. Примопредаја средстава за Партију 1 је у Сектору за мототехничка и средства речних јединица ТОЦ, а Партије 2,3 и 4 у Сектору за метрологију ТОЦ. Гаранција на замењене делове је 12 месеци, а на сервис 6 месеци. У цену су урачунати трошкови набвке резервних делова. У случају да се квар не отклони у предвиђеном року, уређаји ће бити враћени и неће се потраживати надокнада утрошеног материјала и времена. Поправљени инструменти морају проћи еталонирање у МЛ ТОЦ. Тада се може сматрати да је услуга извршена у потпуности и исплатити рачун.

Ова понуда се може узети у разматрање за партије 1, 2, 3 и 4.

Фирма Аутоматика Алба, ул. Цона Кенедија бр. 33, 11070 Н.Београд, доставила је е-mailом благовремену, одговарајућу и прихватљиву понуду за партије 3 и 4 од 78.000,00 динара без ПДВ (Партија 3: 39.000,00; Партија 4: 39.000,00). Рок за реализацију услуге је: до 30 дана по пријему средства. Плаћање је 30 дана од дана завођења рачуна у деловодству наручиоца. Примопредаја средстава је у Сектору за метрологију ТОЦ. Гарантни рок је 12 месеци. У цену су урачунати трошкови набвке резервних делова. У случају да се квар не отклони у предвиђеном року, уређаји ће бити враћени и неће се потраживати надокнада утрошеног материјала и времена. Поправљени инструменти морају проћи еталонирање у МЛ ТОЦ. Тада се може сматрати да је услуга извршена у потпуности и исплатити рачун.


Ова понуда може се узети у разматрање за партије 3 и 4.

На основу чл. 125 став 3. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЛ бр. 29/14 и 9/17) предлажем да се ЈН – издавањем наруџбенице - изврши:

- у фирми Mega Solution doo са Н.Београда, са укупном ценом услуге од 159.240,00 динара (Партија 1: 35.880,00 ; Партија 2: 62.400,00; Партија 3: 30.480,00; Партија 4: 30.480,00).

На основу наведеног, одлучујем као у диспозитиву.

ММП


ДИРЕКТОР
ПУКОВНИК
проф. др Слободан Илић, дипл. инж.
