

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
Бр. 02-1-4/8517-17
30 AUG 2022
ГОДИНА
БАТАЈНИЦА

Чувати до: 2022.
Ф/Рбр: 30/51
Обрађивач: вс Јасна Ђурић

Обавештење у вези
ЈНМВ бр. 224/17, доставља.-

Питања и одговори у вези **партије број 9** за ЈНМВ 224/17:

1. У конкурсној документацији, на страни број 12, под техничким карактеристикама, тражено је "Грејање: 2 халогенске лампе". Да ли је прихватљив уређај са кварцним грејачем за средњу инфрацрвену област, са животним веком од 20,000 до 30,000 сати? Халогене лампе као потрошни материјал имају мањи животни век и сама замена халогених лампи је скупља у односу на кварцне лампе.

Одговор: Прихватљив је предложени уређај.

2. На страни број 12, под техничким карактеристикама, тражено је "Време сушења подесиво: 2 мин до 9 сати".

Да ли је прихватљив уређај који у односу на физичка својства супстанце одређује време сушења, тачније уколико је супстанци потребно време од 11 сати да промени своја физичка својства, влагомер ће бити у функцији тај временски период?

Одговор: Прихватљив је предложени уређај.

3. У конкурсној документацији, на страни број 12, под додатним захтевима, тражена је документација о уређају (упути за руковање и одржавање) треба да буде на српском језику. Да ли је прихватљиво да документација буде на енглеском језику?

Одговор: Није прихватљиво.

АВЛ/ЈЋ

ДИРЕКТОР
пуковник
мр Деспот Јанковић, дипл.инж.

Умножено у 2 (два) примерка и достављено:
- Одељењу за набавку x2