

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
Бр. 02-1-4/8517-17
14 AUG 2017 година
БАТАЈНИЦА

Чувати до: 2022.
Ф/Рбр: 30/51
Обрађивач: вс Јасна Ђурић

Обавештење у вези
ЈНМВ бр. 224/17, доставља.-

Питања и одговори у вези општих услова тендерске документације за ЈНМВ 224/17:

1. Молимо вас да нам дате појашњење везано за опште услове и потребну документацију везано за тендер –техничка опрема за обављање делатности (Лабораторијска опрема). Обзиром да желимо да учествујемо на више лотова, а да у Вашем захтеву стоји да за сваки лот треба доставити појединачни образац понуде, а не наводи се шта треба радити са остатком документације, да ли то значи да за сваки лот треба посебно комплетну документацију заједно са средством обезбеђења понуде тј. менице?

Одговор:

У једној понуди можете понудити једну или више партија, и за сваку партију понаособ попунити само образац "ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ" како је и наглашено у напомени на страни 29 конкурсне документације. Остатак конкурсне документације које се тражи доставља се само један примерак по понуди, а средства обезбеђења се достављају по укупној вредности понуди (укупна вредност свих партија које понудите) и то у износу како је дефинисано на страни 54 под 1) Инструменти финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Питања и одговори за партију бр.4 - Инвертовани металуршки микроскоп са опремом за израду узорака, а у вези тендерске документације за ЈНМВ 224/17:

1. Измењиви окулари.....повећања 10 и 20х; Молимо Вас да нам одговорите да ли је могуће уместо окулар 20х понудити окулар 16х?

Одговор: Није могуће

2. Измењиви објективиповећања 4х, 10х, 20х, 40х, 50х и 100х; Молимо Вас да нам одговорите да ли је могуће уместо објектива 4х понудити објектив 5х?

Одговор: Могуће је.

3. Сто микроскопа.....раван, пречника 110мм; Молимо Вас да нам одговорите да ли је могуће понудити сто правоугаоног облика са кружним додатком пречника 115мм и са отворима 10,20 и 30мм?.

Одговор: Могуће је.

4. Осветљење.....Халогена лампа 6V/30 W; Из дугогодишњег искуства сматрамо да осветљење од 30 W није оптимално за ове врсте анализа, те за ову ставку предлагемо осветљење 100W или ЛЕД осветљење које одговара 100W лампи.

Одговор: Прихватимо ваш предлог.

Питања и одговори за партију бр.10 – Лабораторијска сушара, а у вези тендерске документације за ЈНМВ 224/17:

1. Захтева се опсег температуре 5-300 °С, континуално и програмабилно. Да ли је прихватљив опсег температуре од 50°С до 330°С, континуално и програмабилно?

Одговор: Није прихватљиво

2. Захтева се запремина од 50 литара. Како би се што већем броју учесника омогућило да учествује у јавној набавци, молимо да се овај захтев измени тако да гласи: "Запремина од 50-65 литара".

Одговор: Не прихватљива измена захтева.

3. Захтева се могућност природне и принудне циркулације топлог ваздуха. Да ли је прихватљиво да сушара има подесиву брзину вентилатора у 5 нивоа, од 20, 40, 60, 80 и 100% ?

Одговор: Јесте прихватљиво.

4. Захтева се степен безбедности према ДИН 12880. У питању је стандард који се односи на испитивање температурног поља, времена грејања и хлађења, униформности итд. и нема везе са безбедношћу. Молимо да се овај захтев преформулише тако да гласи: "Захтева се усаглашеност са следећим стандардима и директивама: EN 61010 безбедносни захтеви за електричну опрему, EN 61326 електрична опрема за мерење, управљање и лабораторијску примену-ЕМЦ захтев, 2006/95 ЕС нисконапонска директива, 2004/108 ЕС електромагнетна компатибилност.

Одговор: Захтев се прихвата. У складу са предложеним измениће се конкурсна документација.

Питања и одговори за партију бр.13- рН метар

1. Захтева се опсег мерења 0-14 јединица рН. Да ли је прихватљив шири опсег мерења, тј. од -2 до 20 јединица за рН?

Одговор: Јесте прихватљиво.

2. Захтева се температурни опсег од +5°C до +45°C. Да ли је прихватљив шири опсег мерења, тј. од -5 до 105°C?

Одговор: Јесте прихватљиво.

Питања и одговори за партију бр.14- Лабораторијски решо

1. Молимо појасните што значи у спецификацији модел ТМ-Р. Да ли то значи да само један понуђач може да понуди предметно добро? Молимо да се овај захтев преформулише тако да гласи: "Грејна плоча са магнетном мешалицом, модел ТМ-Р или ЕКВИВАЛЕНТ."

Одговор: Захтев се прихвата. У складу са предложеним измениће се конкурсна документација.

2. Молимо појасните какав је то ВDC мотор? Молимо да се овај захтев преформулише тако да гласи: "Уграђен ВDC мотор или ЕКВИВАЛЕНТ са аутоматским заустављањем мешача".

Одговор: Захтев за преформулацију се не прихвата. ВDC или ВLDC значи једносмерни мотор без четкица.

ЈБ
CS

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
пукџник
сп Ђорђе Затезало, дипл.инж.

Умножено у 2 (два) примерка и достављено:

- Одељењу за набавку x2