

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
Бр. 02-1-4/ 8517-19
15 AUG 2017 године
БАТАЈНИЦА

Чувати до: 2022.
Ф/Рбр: 30/51
Обрађивач: вс Јасна Ђурић

Обавештење у вези ЈН бр. 224/17,
доставља.-

Питања и одговори у вези ЈН број 224/17

Партија број 8- Пећ за жарење.

1. Питање: Да ли је прихватљиво да се понуди пећ за жарење мало веће запремине од тражене до 5л са снагом грејача 2,4 kW а која има све остале тражене карактеристике? Мања снага грејача постиже исту Т (1300 С) а далеко је економичнија. Снага грејача је сразмерна повећању запремине која се греје. Нове коморе су дизајниране тако да се у њих уграђују нови ефикаснији грејачи који испуњавају тражене перформансе а при томе штеде енергију.

Одговор: Прихватљива је запремина до 5л са снагом грејача 2,4 kW а која има све остале тражене карактеристике

Партија број 10- Лабораторијска сушара.

1. Питање: Молимо вас за појашњење везано за тражене карактеристике лабораторијске сушнице. Тражите са природном и форсираном циркулацијом ваздуха, што је у реду али у том случају мора бити температурни опсег од +10 С изнад амбијенталне до 300 С. Све сушнице које раде по том принципу (са феном) и по траженом стандарду, имају доњи температурни опсег +10 изнад амбијенталне. Молимо вас да проверите и уважите нашу сугестију.

Одговор: Прихватљив је температурни опсег од +10 С изнад амбијенталне до 300 С.

ЈБ
CJ

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
пуковник
ср Ђорђе Затезало, дипл. инж.

Умножено у 2 (два) примерка
и достављено:
- Одељењу за набавке