



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6065- 22

16 JUN 2016 године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
Производи од хартије, компресе,
врећице и омоти за стерилизацију бр.
226/16, д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 13.06.2016. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Питање 1: Да ли је за партију бр.1- Креп папир за стерилизацију,(бели/зелени), (бели 60г/м2/зелени 60г/м2) потребно да папир буде већ сложен/уметнути, као што је наведено и у партији бр.2-Креп папир за стерилизацију, уметнути, сложен,(бели креп/плави неткани)? Уколико је то неопходно, да ли ће се наведена карактеристика сматрати обавезним условом приликом оцењивања понуде?

Одговор: За партију број 1 – у називу партије додати : уматнутни, сложени –тако да назив партије гласи:

- Креп папир за стерилизацију, уметнути, сложн (бели/зелени), (бели 60гр/м2/зелени 60гр/м2)

Питање 2: Имајући у виду да се у партији бр.2- Креп папир за стерилизацију, уметнути, сложен,(бели креп/плави неткани), (бели 60г/м2/плави 57-59г/м2) ради о великој количини папира како за производњу, тако и за испоруку истог у једној транши по захтеву наручиоца у предметној конкурсној документацији, наше питање гласи да ли прихватате да се испорука наведених артикала из партије бр.2 изврши у две једнаке транше као и за партију бр.1?

Одговор: За партију број 2 – наручилац остаје у свему при захтеву за испоруку у 1 транши.

Питање 3: Да ли дозвољавате да у понуди за партију бр.2- Креп папир за стерилизацију, уметнути, сложен,(бели креп/плави неткани), (бели 60г/м2/плави 57-59г/м2), а за ставку бр. 5- Креп папир за стерилизацију, уметнути, сложен,(бели креп/плави неткани) 120цмx120цм, понудимо алтернативну димензију која износи 140цмx140цм?

Одговор: За партију број 2 - наручилац остаје при траженој димензији 120x120цм

Питање 4: Обзиром да у производном програму произвођача, чији смо генерални заступници на нашем тржишту за партију бр. 3- Рукавци за стерилизацију без преклопа са индикаторима за пару, формалдехид и етилен оксид, (папир/провидна фолија), (папир 60г/м2/провидна фолија полиестер-полипропилен), а за ставку бр. 3- Рукавац за стерилизацију без преклопа са индикаторима за пару, формалдехид и етилен оксид, (папир/провидна фолија) 20цмx200м; тражена ролна се производи у димензији 21цмx200м, наше питање гласи да ли прихватате да димензија за наведену ставку бр. 3. из партије бр.3 буде 21цмx200м?

Одговор: За партију број 3 – наручилац прихвата за ставку бр 3 и димензију 21цм x200м, тако да сада назив те ставке гласи: Рукавац за стерилизацију без преклопа, са индикаторима за пару, формалдехид и етилен – оксид (папир/провидна фолија) 20-21цм x 200м.

Питање 5: Да ли је потребно за партије бр. 3, 4 , 8, осим стандарда и норми које сте тражили да наведена добра из наведених партија испуњавају, доставити ИСО 9001 и ИСО 13485 произвођача, имајући у виду да су то стандарди везани за производњу медицинских средстава које се траже у овој Јавној набавци?

Одговор: За партије 3, 4, и 8 – потребно је доставити и сертификате о стандардима ISO9001 и ISO13485

Питање 6: Да ли је прихватљиво да се за партију бр.4- Кеса за стерилизацију са индикаторима за пару, формалдехид и етилен оксид, а за ставку бр.7- Кеса за стерилизацију са индикаторима за пару, формалдехид и етилен оксид уместо димензије 15x27цм, понудимо димензију 15x30цм?

Одговор: За партију број 4 – за ставку број 7 наручилац остаје при траженој димензији 15цм x 27цм.

Питање 7: Имајући у виду за партију бр.8-Рукавци без преклопа за плазма стерилизатор, (Тувес/вишеслојни полиетилен) постоје различите врсте грамаже, односно различите врсте Тувека од ког се праве ролне, молимо Вас да тачно дефинишете, према својим потребама као наручилац, која је тражена грамажа или врста Тувека? Такође Вас молимо да дефинишете којим ће се документом доказивати тражене карактеристике артикала из партије бр.8?

Одговор: За партију број 8 – захтева се да грамаже за Тувес буде 71-78гр/м2 што се доказује достављањем техничкој фајла или техничке спецификације производа

Питање 8: Будите љубазни да јасно дефинишете да ли је обавезан услов или не, означавање партија у решењима и мишљењима издатим од стране АЛИМС-а?

Одговор: У свим достављеним Решењима АЛИМС-а неопходно је означити број партије на коју се решење односи.


Питање 9: Увидом у конкурсну документацију предметне јавне набавке, установили смо недостатке у табели 3.Структура цене. од партије бр.10 до партије бр. 15 недостаје ред „укупно за партију“, као и комплетан део табеле за партију бр.11, стога Вам молимо да исправите уочене недостатке.

Одговор: За партије 10-14 у питању је свака ставка партија, тако да није неопходно додавати ред “укупно за партију”. За партију број 11 извршиће се измена конкурсне документације.

Питање 10: У случају да се за испуњавање додатних услова (конкурсна документација стр.39, ставка 8 в)) доставља Изјава произвођача који том изјавом потврђује да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике прописане у прилозима 2 и 3 конкурсне документације, да ли је неопходно уз поменуту Изјаву доставити још неки документ издат од стране произвођача (нпр.сертификат или сл.) којим се потврђују тражене техничке карактеристике наведене у Изјави произвођача?

Одговор: Уколико каталози, Декларације о усаглашености и изјаве произвођача доказују да понуђено добро испуњава све тражене техничке карактеристике није неопходно доставити још неки документ од стране произвођача.

80
27 МК.



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА

пуковник

преј-др Драган Динчић

Достављено:

-у омот предмета 6065/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС