



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6065- 24

11 6 JUN 2016 дине

Појашњење у вези са припремањем  
понуде у поступку јавне набавке  
Производи од хартије, компресе,  
врећице и омоти за стерилизацију бр.  
226/16, д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 13.06.2016. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

1.Питање: Увидом у конкурсну документацију за јавну набавку, увидели смо да је за партију 13 и 14 (на страни 27 и 28) наведен исти назив за обе партије, али опис партија није исти.

Да ли је дошло до грешке приликом сачињавања конкурсне документације?  
Молимо наручиоца да изврши измене тог дела конкурсне документације.

Одговор: за партију број 14 назив партије се мења и сада гласи: Вишекратни филтери за Aescular, металне касете за стерилизацију.

2.Питање: У партији 2, креп папир за стерилизацију, уметнути, сложен (бели креп/плави неткани), (бели 60г/м2/плави 57-59г/м2)

Да ли се јединица мере комад односи на укупан број комада белог и плавог папира, односно, да ли се укупна количина односи на сваку боју посебно или збирно, за обе боје?

Да ли наручилац изричито захтева да креп папир буде беле боје или ће прихватити и креп папир зелене боје?

Одговор: за партију број 2 – јединица мере се односи на сложени бели/ плави папир, а неприхватљиво је да уместо беле буде зелена боја.

3.Питање: За партије 3 и 4 – да ли наручилац под сертификатом "EN 868 2-5" подразумева сертификате "EN 868 2", "EN 868 3", "EN 868 4" и "EN 868 5" или се под тим подразумевају сертификати "EN 868 2" и "EN 868 5"?

Одговор: За партије 3 и 4 - под сертификатом "EN 868 2-5" се подразумевају "EN 868 2, 3, 4 и 5" стандарди.

4. Питање: Да ли је понуђач у обавези да за партије број 1 и 2 достави доказ да понуђена добра одговарају стандарду ISO 113737-1, будући да је тај стандард обухваћен стандардом ISO 11607-1

Одговор: За партије 1 и 2 – потребно је доставити сертификате за све захтеване стандарде.

5. Питање: Наручилац је у партији број 8, у прилогу број 2, навео да је понуђач у обавези да достави доказ односно сертификат произвођача о компатибилности са STERAD 100NX апаратом.

Да ли је такав сертификат неопходан?

Да ли наручилац захтева достављене сертификата од стране произвођача ролни или опреме (апарата) ?

Захтевати достављање таквог сертификата од стране произвођача апарата (опреме) би значајно ограничило конкуренцију у овом поступку јавне набавке, с обзиром на то да је предмет набавке материјал за поменути апарат. Такав захтев наручиоца би био индентичан захтеву издавања сертификата од стране произвођача аутомобила за гориво које ће тај аутомобил трошити.

Одговор: за партију бр. 8 – наручилац захтева достављање сертификата од произвођача ролни.

6. Питање: Односи се на захтев наручиоца из прилога 2, а у вези са партијама 3, 4, 8. Наиме, ISO 11607-1

Утврђује захтеве и методе испитивања за материјале, необликоване системе заштитних стерилних прегледа, систем заштитних прегледа и системе амбалаже који су намењени да одржавају стерилност терминално стерилисаних медицинских средстава пре употребе.

Стандард ISO 11607-2 утврђује захтеве за развој и валидацију процеса за паковање медицинских средстава која су терминално стерилисана.

Мишљења смо да су сви неопходни услови испуњени компатибилношћу са стандардом ISO 11607-1

Да ли је неопходно достављање сертификата ISO 11607-2?

Одговор: за партије 3, 4 и 8 – потребно је доставити сертификате за све захтеване стандарде.

80  
21 МК.



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА  
ПУКОВНИК  
проф. др Драган Динчић

Достављено:

-у омот предмета 6065/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС