



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 4421- **22**

30 APR 2018 . године

Медицински и дијагностички комплекси
за потребе војноздравствених установа
МО. доставља.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 25.04.2018. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

Питање бр. 1 Питање у вези партије бр. 113 гласи:

У техничкој документацији наручилац наводи спецификацију са описом:

„ТОГ елинг за женску уринарну инконтиненцију - Сет за СУИ код жена, исплетена полипропиленска монофиламентна елинг мрежица-трака/густина ткања већа од 1000 микрона/величине 50cmx1.1cm, неабсорбабилна за трансобтураторно уводјење-споља пут унутра/оут-ин/, ресорбујући тензиони конач 4.0 ПГА који се протеже кроз мрежицу, дијаметра ткања 6mm, пластични заштитни омотач, 2 лучно-хеликоидна закривљене игле до хируршког челика орјентисане лево и десно, стерилно, за једнократну употребу”.

Да ли је за наручиоца прихватљива и ТОГ (оут-ин) исплетена монофиламентна макропорусна трака од полипропилена (природне и плаве боје) са централним маркером ради лакшег позиционирања, величине пора 0.56mm, дебљине филамента 120 микрометара, специфичне тежине 67g/m², дебљине мрежице 0.46mm, димензија 50cm x 1.2cm и са две хеликоидне игле за увођење од перћајућег челика за једнократну употребу?

Одговор: Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

Питање бр. 2 Питање у вези партије бр. 114 гласи:

У техничкој документацији наручилац наводи спецификацију са описом:

„Једноинцизниони мини елинг за женску уринарну инконтиненцију - Сет за СУИ код жена, исплетена полипропиленска монофиламентна мини мрежица-трака/густина

ткања већа од 1000микрона/, једноинцизиона самофиксирајући система са обтураторним фиксирањем који се састоји од једне закривљене игле од хируршког челика за једнократну употребу, димензија траке 8.5цмx1.1цм и 2 полипропиленска интегрисана самофиксирајућа врха"

Да ли је за наручиоца прихватљив и једноинцизион мини слинг – сет за СУИ код жена од полипропилена (природне и плаве боје), димензије пора 0.56мм, дебљине филамента 120 микрометара, дебљине мрежице 0.46мм, тежине 67г/м2 и димензија 12 x 1.2цм. Сет се састоји од две хеликоидалне игле за увођење за једнократну употребу, мрежица која има на својим крајевима систем за фиксирање за игле и централни део са анкером – маркер?

Одговор: Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

Питање бр. 3 Питање у вези партије бр. 115 гласи:

У техничкој документацији наручилац наводи спецификацију са описом:

„Систем репарације апикалног антериорног пролапса /Елевате антериор/ / Сет за репарацију апикалног и антериорног пролапса, који се састоји од једне апикалне и једне антериорне игле од хируршког челика/за једнократну употребу/ и нересорптивне монофиламентне полипропиленске мрежице /густина ткања већа од 1000 микрона/ димензија: дужина 10цм, апикална ширина 8цм, ширина од једног до другог фиксиционог краја 9цм, дужина 6.5цм од конче за отпуштање до врата мрежице"

Да ли је за наручиоца прихватљива и мрежица – систем за репарацију антериорног апикалног пролапса – сет за репарацију који се састоји од: мрежице од полипропилена (природне и плаве боје) димензије пора 0.56мм, дебљине филамента 120 микрометара, дебљине мрежице 0.46мм, тежине 67г/м2 и од четири слинга фиксираних за централну мрежицу чинећи целину, као и од игала за једнократну употребу. Димензије централне мрежице је 5 x 7.9цм а димензије слингова су 1.2 x 16.4цм.

Одговор: Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

МК.
32

Достављено,
-у омот предмета
Објављено,
-на Порталу Управе за јавне набавке
-на интернет страници МО РС

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА
ПУКОВИЋ
проф. др Драган Динчић