



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 9680- 21

20 NOV 2017. године

Појашњење у вези са питањима у поступку
јавне набавке лабораторијска опрема – бр.487/17, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Према вашем позиву за ЈН 487/17 лабораторијска добра за потребе ВМА, молимо вас да појасните следеће техничке карактеристике добара која су предмет набавке.

Партија 1.- фрижидер за чувању вакцина, ставка 1.7 могућност праћења температуре више од 24 часа.

Партија 7- лабораторијски замрзивач, ставка 1.15 –аларм прекида напајање –визуелни и акустични одмах по прекиду напајања 72 сата аутономија.

Сматрамо да су наведени временски интервали „више од 24 часа „ и „72 сата аутономија,, захтев који непотребноограничавају конкуренцију, а да нису ни оправдани.

Наиме , у партији 2 исте набавке наручилац је за лабораторијски фрижидер захтевао фабрички уграђени back-up за дисплеј (батеријски) у случају нестанка струје да обезбеђује контролу температуре најмање 5 часова, што показује да је реална могућност да наручилац као и еминентна здравствена установа, може најдуже 5 часова остати без напајања електричном енергијом.

Осим тога, могућност да наручилац остане без напајања електричном енергијом више од 24 часа, а камоли и 72 часа је сасвим реално, имајући у виду делатности и значај Војномедицинске академије.

Из наведених разлога вас молимо да извршите конкурсне документације које се налазе у партији 1. тачка 1.7. и партија 7 тачка 1.15 и то тако што ћете навести да је могућност праћења температуре за партију 1 и аутономија за партију 7 буде најмање 5 часова.

На овај начин би била омогућена већа конкуренција међу понуђачима, али би и сви фрижидери и замрзивачи имали униформу, идентичну аутономију у раду.

Одговор на питање бр. 1: Поводом планиране набавке фрижидера за чување вакцина (набавка лабораторијских добара за потребе ВМА – партија 1, ставка 1.7.), обавештавамо вас да Институт за епидемиологију СПМ ВМА остаје при траженој техничкој карактеристици - могућност праћења температуре више од 24 часа.

При одлучивању о техничким карактеристикама фрижидера за чување вакцина водили смо се искључиво стриктно прописаним међународним захтевима о неопходности поштовања „хладног ланца“ при чувању вакцина, а који предвиђа практично непрестани увид у вредности температуре на којима се вакцине чувају.

Паушалне процене о томе на колики временски период би ВМА могла да остане без струје, да ли су могући интерни кварови у електричном систему ВМА, као и да ли ће поменути фрижидер све време своје експлоатације провести на ВМА или ће због специфичних задатака МО и ВС неког момента бити дислоциран на неку другу локацију, не могу се узети у обзир при одлучивању о набавци овог фрижидера.

Због другачије организације рада у Дечијем диспанзеру Специјалистичке поликлинике ВМА, разликују се и њихови захтеви у погледу техничких карактеристика тражених фрижидера, односно довољан им је back-up од најмање 5 часова.

Напомињемо и да је вредност вакцина које ће се чувати у овом фрижидеру вишеструко већа од цене самог фрижидера, што је још један разлог да се не пристане на измене које је понуђач тражио.

Одговор на питање бр. 2: Не прихвата се примедба заинтересованог лица и на основу става стручног дела комисије наручилац остаје при свему из конкурсне документације.

ЈМ

Достављено:

- у омот предмета 9680/17

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке
- на интернет страници



ЗАСТАВА НАЧЕЛНИКА ВМА

ПУКОВНИК

у проф. др Мирослав Вукосављевић