



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 4421- **23**

30 APR 2018 . године

Медицински и дијагностички комитети
за потребе војноздравствених установа
МО. доставља.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 25.04.2018. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

Питање бр. 1 Партија 81: Молим да се прошири спецификација за партију 81, тако да гласи:

„Сет стент уретерални, 7ф/28цм, од полиуретана, дужина уводјача пресвученог тефлоном 100-150цм, дужина гурача 40-45цм, градуисан целом дужином, радионактан“.

Одговор: Прихвата се сугестија, биће извршена измена конкурсне документације.

Питање бр. 2 Партија 82: Молим да се прошири спецификација за партију 82, тако да гласи:

„Сет стент уретерални, Ф4,8/28цм, од полиуретана, дужина уводјача пресвучен тефлоном 100-150цм, дужина гурача 40-70цм, градуисан целом дужином, радионактан“.

Одговор: Прихвата се сугестија, биће извршена измена конкурсне документације.

Питање бр. 3 Партија 83: Молим да се прошири спецификација за партију 83, тако да гласи:

„Сет стент уретерални, Ф6/28цм, од полиуретана, дужина уводјача пресвучен тефлоном 100- 150цм, дужина гурача 40-70цм, градуисан целом дужином, радионактан“.

Одговор: Прихвата се сугестија, биће извршена измена конкурсне документације.

Питање бр. 4 Партија 84: Молим да се прошири спецификација за партију 84, тако да гласи:

„Сет стент уретерални, чврсти, од термосензитивног материјала са хидрофилном облогом, дебљине 4.8 Фр, дужине 24-30цм, остаје у организму 12 месеци“.

Одговор: Прихвата се сугестија, биће извршена измена конкурсне документације.

Питање бр. 5 Молим да се прошири спецификација за партију 85, тако да гласи:

„Сет стент уретерални, чврсти, од термосензитивног материјала са хидрофилном облогом, дебљине 6 Фр, дужине 24-30цм, остаје у организму 12 месеци“.

Одговор: Прихвата се сугестија, биће извршена измена конкурсне документације.

Питање бр. 6 Молим да се прошири спецификација за партију 86, тако да гласи:

„Сет стент уретерални, чврсти, од термосензитивног материјала са хидрофилном облогом, дебљине 7 Фр, дужине 24-30цм, остаје у организму 12 месеци“.

Одговор: Прихвата се сугестија, биће извршена измена конкурсне документације.

Питање бр. 7 Молим да се прошири спецификација за партију 101, тако да гласи:

„Сет стент уретерални, меки, од термосензитивног материјала са хидрофилном облогом, дебљине 6 Фр, дужине 28цм, са нитинолским увођачем, са могућношћу остајања у организму до 12 месеци“.

Одговор: Прихвата се сугестија, биће извршена измена конкурсне документације.

Питање бр. 8 Молим да се прошири спецификација за партију 102, тако да гласи:

„Сет стент уретерални, меки, од термосензитивног материјала са хидрофилном облогом, дебљине 7 Фр, дужине 28цм, са нитинолским увођачем, са могућношћу остајања у организму до 12 месеци“.

Одговор: Прихвата се сугестија, биће извршена измена конкурсне документације.

Питање бр. 9 Партија 113: Молим да се прошири спецификација за партију 113, тако да гласи:

„ТОТ трака за стресс инконтиненцију код жена (оутсиде-ин) 100% монофиламентна-полипропиленска трансектураторна трака.Плетена 0,3 мм густине, макропорозна, димензија 1.1x60 цм промера поре 80 мц, величине поре 550x170µм, 78 г/м2 тежине, глатких ивица, еластитета 7.5%, са хелико инструментима“.

Одговор: Прихвата се сугестија, биће извршена измена конкурсне документације.

Питање бр. 10 Партија 114: Молим да се прошири спецификација за партију 114, тако да гласи:

„Женски слинг систем са једном инцизијом - Стални синтетички слинг са анкерима (Инсиде-оут) Плетени монофиламентни-пропилен ниске еластичности 7.45%, димензија слинга 7.75 цм стерилан једнократан.Женски слинг мора да садржи две стерилне хелико игле за једнократну употребу“.

Одговор: Прихвата се сугестија, биће извршена измена конкурсне документације.

Питање бр. 11 Молим да се прошири спецификација за партију 115, тако да гласи:
„Систем за корекцију предњег вагиналног зида са једном инцизијом, састоји се од једне прилагодјено сечене мрежице смартмех структуре. Мрежица је стерилна, обликована, полипропиленска са 4 крака (2 горња крака са распоном ширине 16цм и 2 доња крака са распоном ширине 11цм код корекције предњег зида; 2 горња крака са распоном ширине 14цм и 1 доњи крак са распоном ширине 4.5цм и висине 15цм код корекције задњег зида) Тежина мрежице је 19г/м2. Инструмент за трансвагинално постављање садржи уредјај за испоруку са флехисхафтом (ротација главе у свим правцима за 15 степени) и кертриц за шав. Кертриц је напуњен претходно одсеченим дужинама шава 0-0 или 2-0 и иглом у облику полумесеца“.

Одговор: Прихвата се сугестија, биће извршена измена конкурсне документације.

МК.
32

Достављено:
-у омот предмета
Објављено:
-на Порталу Управе за јавне набавке
-на интернет страници МО РС

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА
ПУКОВНИК
проф. др Драган Линчић