



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 4237 - 25

17 MAY 2018. године

Појашњење у вези са питањима у поступку
јавне набавке материјал за ангиографију и
ангиопластику бр. 518/17 (136/18),
доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Молим да ми одговорите на следећа питања, а у вези са ЈН број 518/17 (136/18) – Материјал за ангиографију и ангиопластику:

ПИТАЊЕ БР.1:

Партија бр. 1 – Молим да се прошири спецификација за партију број 13, како би се испунило Начело обезбеђења конкуренције, ЗЈН, члан 10, став 1 и 2 тако да гласи:

Уретерални стент за спољашњу и унутрашњу дренажу урина од меког материјала отпорног на кинкинг, са лоцкинг механизмом, хидрофилним премазом, дијаметра 8,5 Ф или 10.2 Ф компатибилан са водич сајлом 0,035 или 0,038 инча дистанце између пигтаилова од 20 до 28 цм са један или два радиоопакна маркера мотиран на систем за постављање који се састоји од позиционера и уводног катетера. Димензије по захтеву наручиоца.

Одговор: прихвата се сугестија да се измени спецификација за партију 21, тако да гласи:

Уретерални стент за спољашњу и унутрашњу дренажу урина од меког материјала отпорног на кинкинг, са лоцкинг механизмом, хидрофилним премазом, дијаметра 8,5 Ф или 10.2 Ф компатибилан са водич сајлом 0,035 или 0,038 инча дистанце између пигтаилова од 20 до 28 цм са један или два радиоопакна маркера монтиран на систем за постављање који се састоји од позиционера и уводног катетера. Димензије по захтеву наручиоца.

Со ЈМ
ЗМ

Заступа Начелника ВМА
пуковник Драгослав Вукосављевић

Достављено:

- у омот предмета 4237/18

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС