



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 4710- 14

16 JUN 2017

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
Медицински нехемијски потрошни
материјал-завоји, газе, компресе, вата.
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 13.06.2017. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

1. Питање: За партије 55, 56, 57, 58 у техничком опису навели сте "Еластични завој израђен од памука и голе гумене нити димензија 8цм x 5м, 10цм x 10м, 15цм x 10м, ролован, нестерилан. Истегљивост завоја од 280% до 300%.

Молимо вас да процентуално прецизирате захтевани удео памучног предива у еластичним завојима

Одговор: Удео памучног предива у еластичним завојима мора бити најмање 90%.

2. Питање: Да ли је потребно доставити сертификат произвођача као доказ тражених техничких карактеристика.

Одговор: Као доказ техничких карактеристика неопходно је доставити аналитички сертификат прооозвођача.

МК.

Достављено:

-у омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

пуковник

проф. др Мирослав Вукосављевић