



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
бр. 5856-ИЧ

... године

07 AUG 2017

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
Медицински нехемијски потрошни
материјал – материјал за стезање,
шивење лигатуре, мрежице - протезе.
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 04.08.2017. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

Питање: С обзиром да сте у Вашем допису број 5856-38 од дана 03.08.2017. године доставили одговор на питање заинтересованих лица везано за партију 42, ставка 4 и прихватили трокар димензија 5мм/70мм, још једном Вас молимо да такође прихватите за ставку 1 и трокар који је димензија 10мм/100мм, а по свим осталим техничким карактеристикама у складу са захтевом Наручиоца

Одговор: Неопходно је да трокари буду промера 11 и 12мм да би стаплери могли да прођу кроз трокаре, тако да промер од 10 мм не можемо да прихватимо.

и
со
31 МК.



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

пуковник

проф: др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-у омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС