



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6634- 18
. године

18 JUL 2017

Појашњење у вези са припремањем понуде
у поступку јавне набавке Респиратори за
потребе ВМА и Респираторни уређаји за
потребе ВВ Ниш, д о с т а в љ а . -

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 18.07.2017. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговор:

Питања: Партија 1 и 2

У ставци 1.20. за партију 1, односно 1.22. за партију 2 тражи се да ресиратор поседује "електронски контролисан небулизатор за аеросол терапију интегрисан са респиратором за све модове вентилације"

1. Потребно нам је прецизно појашњење, да ли под термином "електронски контролисан" подразумевате могућност да корисник директно са респиратора може да подеси време дужине трајања аеросол терапије?

Одговор: Да, наручилац подразумева могућност да корисник директно са респиратора може да подеси време дужине трајања аеросол терапије.

2. Уколико је то случај, колико је минимално расположивих времена ради одабира потребно да има респиратор? Да ли је довољно да постоји минимум четири расположива времена ради за одабр или је потребно да их има више?

Одговор: Довољно је да постоји минимум четири расположива времена.

ме
Со МК.
31



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА
УКОВНИК
Проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:
-у омот предмета
Објављено:
-на Порталу Управе за јавне набавке
-на интернет страници МО РС