



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6634-15

17 JUL 2017. године

Појашњење у вези са припремањем понуде
у поступку јавне набавке Респиратори за
потребе ВМА и Респираторни уређаји за
потребе ВБ Ниш., д о с т а в љ а . -

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 13.07.2017. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следећа питање, на које наручилац даје одговор:

Питање 1.: У техничким карактеристикама за партију 1, ставка 1.11 тражено је "Минимални опсег подешавања инсп. Притиска 1-90 cmH2O". Обзиром да је инспираторни притисак од 1 cmH2O исувише мали да би имао клинички значај и обзиром да због тога реномирани произвођачи вентилатора интензивне неге углавном омогућавају подешавање инспираторног притиска у опсегу од 5 cmH2O па на више, овакав захтев представља велико и беспотребно ограничавање конкуренције. Молимо Вас да појасните да ли ће за наручиоца бити прихватљиво да се понуди вентилатор који омогућава подешавање инспираторног притиска у опсегу од 5-100 cmH2O?

Одговор 1.: Прихвата се опсег од 5-90 cmH2O, биће извршена измена конкурсне документације.

Питање 2.: У техничким карактеристикама за партију 2, ставка 1.10 тражено је "Минимални опсег подешавања инсп. Притиска 1-90 cmH2O". Због истих разлога који су наведени у претходном питању, молимо Вас да појасните да ли ће за наручиоца бити прихватљиво да се понуди вентилатор који омогућава подешавање инспираторног притиска у опсегу од 5-100 cmH2O?

Одговор 2.: Прихвата се доња граница опсега од 1-5 cmH2O и горња граница од 90-100 cmH2O, биће извршена измена конкурсне документације.

МК.


Достављено:

-у омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС



проф. др Мирослав Вукосављевић