



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6403- 32

07 AUG 2017 .2017.године

Појашњење у вези са припремањем понуде,
у поступку јавне набавке резервни делови и
потрошни материјал за одржавање
медицинске опреме, бр. 254/17,
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 1. 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 03.08.2017. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1. Питање : Поштовани,

Везано за ЈН бр. 254/17 – Резервни делови и техничко потрошни материјал за одржавање медицинске опреме, упутили бисмо следеће питање/коментар:

Као додатни услов који понуђачи треба да испуне, за партију бр. 8 је захтевана потврда произвођача медицинских апарата у који се уграђује понуђени р/д или за који се троши понуђени тп/м да су понуђена добра компатибилна и одговарајућа за коришћење на наведеном апарату уколико се нуди р/д или тп/м одговарајућег, а не траженог каталогског броја. Овај услов ограничава понуђаче да учествују у предметној јавној набавци из разлога што постоји само један овлашћени представник за предметног произвођача опреме који може да достави захтевану потврду и потпуно је јасно да овлашћени представник, као ни сам произвођач датог медицинског средства, неће издати потврду другим понуђачима и на тај начин онемогућити свом овлашћеном представнику да буде најбољи и изабрани понуђач. На овај начин је конкуренција значајно ограничена и практично сведена на учешће само једног понуђача за дату партију. Ми свакако разумемо намеру наручиоца да набави одговарајуће и компатибилне резервне делове и потрошни материјал, али када је у питању партија 8, електрохируршки потрошни материјал за Мартин-ове електрохируршке јединице, постоји широк спектар прибора и понуђача који су потпуно компатибилни са Мартин-овим електрохируршким јединицама и PROXIMA д.о.о. многим здравственим институцијама испоручује електрохируршки прибор и потрошни материјал за све врсте електрохируршких јединица (укључујући и Erbe, Valleylab, Martin и др.). Такође напомињемо да је ово пракса у већини здравствених институција у земљи, као и да, обзиром да се ради о потрошном материјалу – неутрална електрода, активна електрода, ножна папуча, Наручилац може без икакве задршке да користи прибор других

произвођача компатибилан са Мартин-овим елкетрохируршким јединицама. Због овога предлажемо да се измени конкурсна документација и да се уместо потврде произвођача медицинских апарата захтева изјава понуђача или произвођача р/д или тп/м да су понуђена добра компатибилна или одговарајућа за коришћење на наведеном апарату.

Одговор: Сагласни смо да се изврши измена конкурсне документације и да се за партију 8 тражи изјава произвођача р/д и тп/м да су понуђена добра компатибилна или одговарајућа за коришћење на наведеном апарату.

3С.
34



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

пуковник

проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

- у омот предмета 6403/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС