



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6403- 37

10 AUG 2017 2017. године

Појашњење у вези са припремањем понуде,
у поступку јавне набавке резервни делови и
потрошни материјал за одржавање
медицинске опреме, бр. 254/17,
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 1. 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 07.08.2017. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1. Питање : За партију бр. 7

Као додатни услов на страни 41. сте навели да понуђач треба да достави следеће:

"Потврду произвођача медицинских апарата у који се уграђује понуђени р/д или за који се троши понуђени тп/м да су понуђена добра компатибилне и одговарајућа за коришћење на наведеном апарату уколико се нуди р/д или тп/м одговарајућег а не траженог каталошког броја"

Имајући у виду да је у питању набавка потрошног материјала и резервних делова, постоји велики број произвођача техничког и потрошног материјала који су компатибилни са медицинским уређајима других произвођача, јер то и јесте сврха произвођача потрошног материјала. Желимо да напоменемо да сви производи произвођача ког заступамо, поседује ЦЕ сертификат и све остале неопходне сертификате као и декларације о усклађености.

Уједно напомињемо да поједине резервне делове и технички материјал не мора да производи произвођач уређаја, већ има "outsources" фирме за снабдевање истим.

Предвиђеним условом да се достави тражена Изјава, онемогућени смо да учествујемо у поступку јавне набавке, јер ниједан произвођач опреме неће дати изјаву о компатибилности са потрошним материјалом другог произвођача јер би то био сукоб интереса. Напомињемо да је услов који сте захтевали у супротности са Законом о јавним набавкама, као и супротно ставовима Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Предлажемо измену документације тако да гласи да се уз понуду достави Изјава произвођача потрошног материјала да је компатибилан са моделом/произвођачем уређаја за који се подноси понуда.

Одговор: Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

2. Питање : За партију бр. 7, ставка 1 навели сте следећу техничку спецификацију "ЕКГ кабл тип IEC Patient Cable with leads са утикачем израђеним од пуне гуме (по узорку)"


Молим Вас да измените техничку спецификацију и прихватите понуду са другачијим техничким решењем утикача. Имајући у виду да бисте добили могућност да набавите производ са гаранцијом од 12 месеци што је довољан показатељ квалитета производа који имамо у понуди?

Одговор: Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

3. Питање : Молимо Вас да измените документацију у погледу додатних услова за партију бр. 7, јер сви производи који су наведени у партији бр.7 су медицинска средства која подлежу регистрацији у Агенцији за лекове и медицинска и средства.

Одговор: Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

МК.



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

пуковник

проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

- у омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС