



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија
Бр. 6524 - 29

07 AUG 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, 128 Мултислајсни скенер, ознака из ОРН: 33111300, редни бр. 228/2017, заинтересована лица су поставила следећа питања:

1. „На странама 8-12 конкурсне документације, под тачкама 5.3.8. и 5.3.9. захтевано је:
„Да понуђач достави изјаву да ће приликом испоруке доставити:
Сервисни инсталациони софтвер и неопходне шифре за сервис апарата.
да достави изјаву да ће уколико буде изабран достављати податке (путем електронске поште, фак поруком или други начин) о променама шифара за софтверски приступ сервисном моду за све шифре које се временски мењају од стране произвођа (дневно, месечно и годишње). Уколико не постоји сервисни софтвер и шифре за сервис доставити оверену изјаву од произвођача.,,
Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се приликом испоруке достави инсталациони софтвер, као и неопходне шифре за сервис апарата, помоћу којих ће корисник приступити сервисном моду апарата, прегледати релевантне параметре и извршити дијагностику и у складу са тим доставити изјаву?
Корисник једино неће имати могућност да постојеће параметре мења.
Наиме, произвођач ЦТ скенера обезбеђује гаранцију за резервне делове само у случају да замену истих изврши овлашћени сервис., који једини има ексклузивно право промене параметара.
Уколико параметре апарата, који су фабрички подешени, МЕЊА треће лице, које није ексклузивни и овлашћени сервисни дистрибутер, без обзира на сертификат о обучености, произвођач неће признавати гаранцију на резервни део.
Молимо Наручиоца да у складу са предлозима измени и модел уговора.”
2. „На странама 8, 10 и 14 конкурсне документације, под тачком 5.3.6. стоји:
„Изјава произвођача понуђене опреме да ће бити обезбеђена производња резервних делова и техничко- потрошног материјала за понуђена добра од најмање 10 година од момента квалитативног пријема“

Обзиром да је припрема простора обавеза наручиоца, а квалитативни пријем зависи директно од дана када ће простор бити спреман, што је имајући у виду досадашње искуство непознаница, молимо Вас да захтев 5.3.6. преформулишете тако да гласи:

„Изјава произвођача понуђене опреме да ће бити обезбеђена производња резервних делова и техничко- потрошног материјала за понуђена добра од најмање 10 година од момента квантитативног пријема“, јер је то једини датум под контролом испоручиоца опреме.

Обзиром да сте у оба Ваша одговора пропустили да одговорите на ово питање, Молимо Вас да га овај пут узмете у обзир, прихватите наше предлоге да у складу са истим измените и модел уговора.“

О д г в о р и:

1. Не, наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и у свему остаје при захтевима конкурсне документације.

2. Не, наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и у свему остаје при захтевима конкурсне документације.

CP MS,CO,BL

24

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА АКАДЕМИЈА
ОД
ОПШТИНА НАЧЕЛНИКА ВМА
К О В Н И К
Прод. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС