



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 4749- 21

21 JUN 2018 године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
Производи од пластичних маса за
лабораторијску примену.
д о с т а в љ а .

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 18.06.2018. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

1. Питање: Партија 1 – Вашим одговором објављеним на Порталу ЈН 19.06.2018. године, нисмо добили одговор на питање, обзиром да нисмо тражили измену услова конкурсне документације. Молимо Вас за одговор, да ли за партију 17 под штапићем за Папа-николау подразумевате штапић без намотаја памука нестерилан?

Одговор: Потребно је да на врху штапића има намотај вате, штапић је стерилан за једнократну употребу, дужина штапића од 180 до 200 мм.

МК.

Достављено:

-у омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА

ПРЕДСЕДНИК

проф. др Драган Динчић