



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЦЕНТРА
ВОЈНОМЕДИЦИНСКИХ УСТАНОВА
Број 1153 - 7
08.09.2026. године
БЕОГРАД

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку набавке на коју се ЗЈН не примењује

1. На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама РС ("Службени гласник РС" бр. 91/2019 и 92/2023) Центар војномедицинских установа Београд, Пастерова 3, позива понуђаче да поднесу своје понуде.
2. Врста јавног наручиоца
Корисник буџетских средстава – Орган државне управе
3. Врста поступка јавне набавке
Поступак јавне набавке се спроводи на основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (СГ РС број 91/2019 и 92/2023) – изузеће
4. Назив и ознака из општег речника набавке

ЦПВ ознака	Предмет набавке	Ред. Бр. ПЈН
32342450	Систем за помоћ хитном медицинском збрињавању	1.1402

Предмет набавке су добра- Систем за помоћ хитном медицинском збрињавању.

5. Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума најнижа понуђена цена.
6. Критеријум, елементи критеријума за издавање наруџбенице:
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе краћи рок испоруке.
У случају да избор понуђача није могуће извршити ни након употребе помоћних критеријума, избор најповољнијег понуђача биће извршен по систему жребањем. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок за испоруку добра. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима исте величине и боје које ће ставити у посебне неозначене коверте такође исте величине и боје. Неозначене коверте ће ставити у провидну кутију одакле ће се извући само једна коверта.

7. Спецификација набавке

Ред. Број	Предмет набавке	Количина
1.	Систем за помоћ хитном медицинском збрињавању	по спецификацији Прилог 1.

8. Понуду доставити најкасније до 10:30 часова дана 22.09.2026. године. Понуда мора бити сачињена на српском језику. Један понуђач може поднети само једну понуду.
9. Понуде се подносе непосредно у деловодство Управе ЦВМУ Београд, улица Пастерова бр. 3, III спрат соба бр. 309, путем поште, на факс 011/3006-026 или на e-mail адресу cvmu.beograd@mod.gov.rs са назнаком: „Понуда за јавну набавку – Систем за помоћ хитном медицинском збрињавању, ЈН бр. 54/2026“
Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца најкасније до назначеног датума и часа.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
10. Отварање понуда ће обавити комисија за ЈН последњег дана истека рока за подношење понуда, односно 22.09.2026. године са почетком у 11:00 часова, на адреси: Центар војномедицинских установа Београд, улица Пастерова број 3, Београд, 5 спрат, сала просторија 510.
11. Обавезан услов за учествовање: Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и подноси у складу са позивом. У супротном понуда се одбија.
12. Саставни елементи понуде су:
- Број понуде
 - Вредност понуде без и са ПДВ-ом
 - Место и датум издавања понуде
 - Образац структурне цене формиран у складу обрасцем из Прилога бр. 2 овог позива или одговарајућу форму са свим потребним параметрима, као и потписане и оверене изјаве из Прилога 3,4 и 5.
 - Рок и гаранција на извршене радове и добра.
13. Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.
14. Јавни наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од максимално 7 (седам) дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку Наручилац ће објавити на интернет страници Министарства одбране (<http://www.nabavke.mod.gov.rs>) најкасније у року од 2 (два) радна дана од дана њеног доношења, и исту ће доставити понуђачима који су доставили понуду.
15. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити електронским путем на e-mail: cvmu.beograd@mod.gov.rs са назнаком: „Питања за јавну набавку број 54/2026“. Додатне информације се телефоном неће давати.
16. Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач мора испуњавати све законом одређене обавезне услове за учествовање у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и подноси у складу са позивом.

17. Захтеви од значаја за прихватљивост понуде:

- Понуђено добро мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца
- Рок испоруке је максимално 60 (шездесет) дана од пријема Наручбенице.
- Рок плаћања не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана издавања рачуна за тражена добра. Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Уколико Додављач закасни са испоруком рачун ће бити умањен за 0,5% за сваки дан кашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%.
- Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
- Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

18. Место испоруке: ЦВМУ Београд- ВМЦ ХП, Светозара Марковића 72, Београд.

Прилог 1. - Спецификација

Прилог 2. - Образац структуре цена

Прилог 3. - Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 115. закона у поступку јавне набавке

Прилог 4. - Образац изјаве о заштити од злоупотреба

Прилог 5. - Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 111. закона

АЛ



**ПО ОВЛАШЋЕЊУ
УПРАВНИКА**

ВС др Жаклина Кукањац



Објављено:

- на Порталу јавних набавки МО
- уз предмет

Прилог 1.

Спецификација потребних добара:

Систем за помоћ хитном медицинском збрињавању

1. Систем за снимање позива у ВМЦ ХП

- Интероперабилност са постојећом MiVoice MX-ONE телефонском централом
- 8 истовремена канала за снимање позива (IP) са могућношћу проширења
- Трајна лиценца
- SIP
- Индустијска 19“ шасија са touch screen дисплејем са приказом статуса система и администрацијом система путем дисплеја
- Преслушавање снимљених позива директно на аудио интерфејсу уређаја, претрагом преко touch screen дисплеја
- WEB базирана администрација: претрага снимака, преслушавање, додавање локала за снимање и остала подешавања
- Дефинисање права и нивоа приступа систему
- Напајање из извора 230V

2. IP телефон следећих карактеристика:

- ЛЦД дисплеј у боји мин 300x200 px
- Могућност приказа имена, слике и броја позиваоца
- Протокол: SIP
- Могућност логовања минимално 6 линија
- Програмабилних тастера без додатних модула – мин 15
- Мулти проху подршка – логовање једног терминала на више различитих система (у складу са бројем линија)
- Подршка за DHSG/EHS слушалице
- ЕТН портови: 10/100/1000 Mbit/s
- РС порт
- Подршка за VLAN и на РС и на LAN порту
- Конфигурација преко TFTP, HTTP, HTTPS и FTP
- Подршка за DHCP опције: 66, 43, 160
- Подржани кодеци – G722, G711, G729, G726
- Подршка за XML апликације
- Локални именик и приказ података са централног XML именика
- PoE напајање класе 2 или са додатним адаптером
- WEB интерфејс за локалну администрацију.

Мител 6867i или еквивалент (набавља се 2 комада).

3. Рачунар/радна станица за преслушавање снимака ВМЦ ХП

- Desktop или All-in-one изведба

- Оперативни систем: Windows 11
- Напајање до 550W (максимално), 85% ефикасности при 100% оптерећења (минимално)
- Матична плоча са Intel Chipset или одговарајућа
- Минимално INTEL i5 процесор
- Минимално 8 GB RAM, подршка до 32GB (минимално)
- Минимално SSD 512 GB
- Монитор минимално 21“, компатибилан са најмање једним видео конектором на рачунару / Напонски каблови / Логички каблови за повезивање са рачунаром / Подешавање по висини / Security Lock слот на монитору (Kensington, ...) (минимално) / Energy Star сертификован (минимално)
- 3 x USB порта (минимално)
- ETH port
- Интерни DVD-RW (минимално)
- Звучници: Екстерни, Line-in или USB повезивање, снага минимално 8W
- Бежични миш оптички или ласерски са 3 тастера (минимално) са подлогом
- Тастатура – жична
- Energy Star sertifikovan (min.)

Радна станица је јединствена техничка и функционална целина – рачунар и монитор морају бити од истог произвођача.

4. UPS 1000VA за резервно напајање са додатним батеријским пољем

- Tower и/или Tower-rack варијанта
- LCD display за надгледање и подешавање рада
- Минимално 1000VA
- Напајање: 230V
- Frequency Range (Hz): 55-60
- Output Voltage: 200/208/220/230/240
- Батеријски сет укључен
- Радна температура: од 0 до 40°C

ПОТРЕБНИ РАДОВИ и ОБУКА:

- Инсталација система за снимање и подешавање на телефонској централі.
- Монтажа SIP телефона и програмирање на страни телефонске централе.
- Монтажа УПС уређаја и пуштање у рад.
- Монтажа и пуштање у рад радне станице.
- Обука особља за рад на систему за снимање за минимално 5 корисника.

НАБАВКА ДОБАРА

БРОЈ 54/2026

Систем за помоћ хитном медицинском збрињавању

I. Подаци о понуђачу:

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
СЕДИШТЕ:	
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
ПИБ:	
ТЕКУЋИ РАЧУН:	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	
БРОЈ ПОНУДЕ	
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:	
e-mail	

II. Подаци о предмету набавке:

Р. Бр	ОПИС НАБВКЕ	ком.	Укупна Цена (без ПДВ-а)	Укупна Цена (са ПДВ-ом)
1.	Систем за помоћ хитном медицинском збрињавању	По спецификацији		

III. Извршење предмета набавке:

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)	
Рок завршетка (не дужи од 60 дана)	

 МЕСТО ИСПОРУКЕ (АДРЕСА): ЦВМУ Београд- ВМЦ ХП, Светозара Марковића 72, Београд

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача:

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 115. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ**

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ *[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке Систем за помоћ хитном медицинском збрињавању број 54/2026, испуњава све услове из чл. 111-115. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије *(или стране државе када има седиште на њеној територији)*;

Место: _____
Датум: _____

М.П.

Понуђач: _____

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ЗАШТИТИ ОД ЗЛОУПОТРЕБА

(назив понуђача)

Даје:

ИЗЈАВУ

О ЗАШТИТИ ОД ЗЛОУПОТРЕБА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да добијени образац у поступку набавке Систем за помоћ хитном медицинском збрињавању број 54/2026 нећемо израђивати за друге наручиоце-лица, осим за ВП 1279 Београд, а у случају неовлашћених захтева за наведеним добром, одмах обавестити ВП 1279 Београд.

Датум:

М.П.

ПОТПИС

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 111. ЗАКОНА

У вези члана 111. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке – Систем за помоћ хитном медицинском збрињавању, број 54/2026, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум

Понуђач

М.П.