

**ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР**

Бр. 07- 1926-4

06-06-2022 године

**БЕОГРАД**Позив за понуду,  
доставља.-Молимо Вас да нам доставите понуду са условима испоруке робе.  
50411000 - Услуге поправке и одржавања мерних апарата

Ред. бр. партије	НАЗИВ	Ј/М	Кол.
1	Поправка калибратора једносмерног електричног напона	ком	1
2	Поправка мерне опреме	ком	4

Опис и карактеристике предмета јавне набавке, дате су у прилогу бр.1 позива за подношење понуда.

**1. Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.**

Уколико више понуђача понуди идентичку цену резервно критеријуми:

- најдужи период гаранције на замењене делове
- најдужи период гаранције на извршене радове
- најкраћи рок извршења услуге

**2. Садржина понуде:**

- цена робе, која мора бити фиксна и изражена по ставкама у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
- начин плаћања (вирманом – до 30 дана одложено од дана квалитетивног пријема),
- рок извршења (најкасније дана 30 од дана примопредаје средства),
- локација испоруке (fco Технички опитни центар, Војводе Степе 445, Београд).
- период гаранције на радове,
- период гаранције на замењене делове,
- рок извршења услуге (дефинисан колико дана од дана преузимања средства),
- 

3. Уколико рок плаћања буде краћи и рок испоруке дужи од тражених, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

4. Понуде са варијантама нису дозвољене.

5. Наручилац задржава право да одустане од предметне набавке из њему знаних разлога.

6. **Начин и рок подношења понуде:** факсом (011/3401-148), e-mail: *komercijala@toc.vs.rs*, непосредно или поштом, у затвореним ковертама, са знаком „Понуда по позиву бр. 07- 1926 – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу ул. Војводе Степе 445, Београд, дана 16.06. 2022. године, до 11<sup>00</sup> часова.

Под роком доставе понуда сматра се датум завођења истих у деловодству Наручиоца.

7. Представници понуђача, пре почетка отварања понуда морају поднети пуномоћја – писана овлашћења за активно учешће у поступку отварања понуда
8. **Лица за контакт:** по економским питањима Маријана Миловановић, тел.011/ 3401-091, фах: 011/3977-422; по техничким питањима за партију један- 011/3401-011; за партију два 011/ 3401-109

У очекивању понуде, пријатељски Вас поздрављамо.

ММ (39-091)

Прилози:  
Спецификација  
Образац понуде  
Модел наруџбенице



**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку -- ЈН број  
31/62/2022За партију бр. \_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
(назив партије)**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	

**2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

Ред. бр.	НАЗИВ
1	ПАРТИЈА ____ - _____ -

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	
Рок важења понуде	
Рок извршења	
Место и начин извршења	
Гарантни рок на услугу	
Гарантни рок на уграђен материјал	

Датум

М. П.

Понуђач

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Прилог бр. 1 уз образац понуде**  
**СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОПИСОМ УСЛУГЕ**  
**Поправка мерне опреме**

**ПАРТИЈА 1. Поправка калибратора једносмерног електричног напона**

Р/б	Назив добра и CPV ознака	Опис неисправности	ј/м	Количина	Цена без ПДВ
1.	50411000 Поправка калибратора једносмерног електричног напона	<p>Поправка калибратора једносмерног електричног напона FLUKE 5440В, серијски број 4125002.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Приликом SELF CALL ANALOG јавља се порука: „P-AMP/S – STRING FAULT CHECK HIGH V INTAKALL“</li></ul> <p>Након INTCALL на коју упућује предходна порука јавља се следећа порука: „ANALOG MEASURE FAULT GAIN SHIFT TOO LARGE“</p> <p>Након провере постављања DC напона, резултати мерења на опсегу 100 V и 1 V имају грешку мерења вћу од дозвољење грешке, те сходно томе еталон није метролошки исправан.</p> <p>Начин извршења квалитативног пријема: Увид у изведено стање и увид у Уверење о еталонирању које ће покренути ТОЦ у сектору за метрологију МЛ-01.</p>	ком	1	

**У цену су урачунати трошкови набавке резервних делова, као и сви други зависни трошкови. У случају да се квар не отклони у предвиђеном року, уређаји ће бити враћени и неће се тражити надокнада наведених трошкова и рада.**

Датум

М. П.

Понуђач

---

---

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОПИСОМ УСЛУГЕ  
**Поправка мерне опреме**

**ПАРТИЈА 2. Поправка мерне опреме**

Р/б	Назив добра и CPV ознака	Опис неисправности	ј/м	Количина	Цена без ПДВ
1	50411000 Поправка Сонде фотомера за луминансу IRRADIAN DET203VIS	Поправка Сонде фотомера за луминансу IRRADIAN DET203VIS серијски број D0050023DET/D0050023 инвентарски број 8137-01 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Приликом еталонирања фотометра IRRADIAN DET203VIS утврђено је да нема поновљивости резултата мерења. Измерена вредност током времена опада.</li> </ul> Начин извршења квалитативног пријема: Увид у изведено стање и увид у Уверење о еталонирању које ће покренути ТОЦ у Дирекцији за мере и драгоцене метале.	КОМ	1	
2.	50411000 Поправка Сонде са филтером за осветљај IRRADIAN DET203VIS	Поправка Сонде са филтером за осветљај IRRADIAN DET203VIS серијски број D0050023DET/D0050023 инвентарски број 8137-02 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Приликом еталонирања фотометра IRRADIAN DET203VIS утврђено је да нема поновљивости резултата мерења. Измерена вредност током времена опада.</li> </ul> Начин извршења квалитативног пријема: Увид у изведено стање и увид у Уверење о еталонирању које ће покренути ТОЦ у Дирекцији за мере и драгоцене метале.	КОМ	1	
3.	50411000 Поправка Микроомметар CROPICO D07PLUS серијски број 24L-0024	Поправка Микроомметар CROPICO D07PLUS серијски број 24L-0024 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уређај не допуњава батерију од 3V до 100% напуњености ( на пример: напуни од 0% до 20%, па тек након скидања са пуњача и поновног враћања наставља са пуњењем).</li> <li>- Уређај након повезивања у коло за мерење исписује на дисплеју исту попруку као и у случају отвореног кола, тј. понаша се као да није повезан у коло за мерење отпорности. Није могуће извршити мерење са њим.</li> </ul> Начин извршења квалитативног пријема: Увид у изведено стање и увид у Уверење о еталонирању које ће покренути ТОЦ у сектору за метрологију МЛ-01.	КОМ	1	

4.	50411000 Поправка Анализатора фреквенцијског спектра HP 8568A серијски број 2304A04556 инвентарски број 7111-00	<p>Поправка Анализатора фреквенцијског спектра HP 8568A серијски број 2304A04556 инвентарски број 7111-00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Карактеристика интерног ослабљивача, за вредности ослабљења 0dB, 20 dB, 30 dB, 60 dB и 70 dB је изнад граница одређених спецификацијом. Приликом избора ових вредности слабљења интерног ослабљивача долази до значајне деградације сигнала (10 dB- 20 dB).</li> <li>- Мерило се повремено ресетује само од себе.</li> </ul> <p>Начин извршења квалитативног пријема: Увид у изведено стање и увид у Уверење о еталонирању које ће покренути ТОЦ у сектору за метрологију МЛ-01.</p>	ком	1	
----	---	---	-----	---	--

**У цену су урачунати трошкови набавке резервних делова, као и сви други зависни трошкови. У случају да се квар не отклони у предвиђеном року, уређаји ће бити враћени и неће се тражити надокнада наведених трошкова и рада.**

Датум

М. П.

Понуђач

---



---

**МОДЕЛ НАРУЦБЕНИЦЕ****ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР**

бр. 07- \_\_\_\_\_

године

**БЕОГРАД**

ПИБ: 102116082

МАТ.БР: 07093608

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21

АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

ЈБКЈС: 61040

На основу члана 36 Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС (СВЛ бр. 04/2022), издаје се

**НАРУЦБЕНИЦА**

понуђачу: \_\_\_\_\_,

**mail:** \_\_\_\_\_

На основу Ваше понуде бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. год, а у вези са јавном набавком, молимо да извршите извођење услуга према следећем:

количина / врста: \_\_\_\_\_

50411000- Поправка мерне опреме,

(попунити)

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.	Цена	ИЗНОС
1	50411000 Поправка калибратора једносмерног електричног напона FLUKE 5440В Начин извршења квалитативног пријема: Увид у изведено стање и увид у Уверење о еталонирању које ће покренути ТОЦ у сектору за метрологију МЛ-01.	ком	1		

Молимо вас да нас мејлом обавестите када је е-факура израђена, са информацијом о тачном броју фактуре.

- цена: \_\_\_\_\_ + ПДВ = \_\_\_\_\_
- начин испоруке: \_\_\_\_\_
- Рок извршења: \_\_\_\_\_ дана од примопредаје средства
- плаћање: \_\_\_\_\_ до 30 дана од квалитативног пријема.
- остало: \_\_\_\_\_ У цену су урачунати трошкови набавке резервних делова, као и сви други зависни трошкови. У случају да се квар не отклони у предвиђеном року, уређаји ће бити враћени и неће се тражити надокнада наведених трошкова и рада  
Уколико Додављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 0,2% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Додављач закасни са реализацијом више од 25 дана од дана пријема наруцбенице, наруцбеница ће постати ништава без права Додављача на обештећење.

ММ(39-091)

**ДИРЕКТОР****п у к о в н и к**

др Ненко Бркљач, дипл. инж.

**НАПОМЕНА:** Модел наруцбенице треба попунити и доставити уз понуду, чиме се понуђач саглашава са садржином наруцбенице.

## МОДЕЛ НАРУЧБЕНИЦЕ

**ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР**

бр. 07- \_\_\_\_\_

године \_\_\_\_\_

**Б Е О Г Р А Д**

ПИБ: 102116082

МАТ.БР: 07093608

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21

АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

ЈБКЈС: 61040

На основу члана 36 Правилника о поступку јавних издаје се

### НАРУЧБЕНИЦА

понуђачу: \_\_\_\_\_,

**mail:** \_\_\_\_\_

На основу Ваше понуде бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ год, а у вези са јавном набавком, молимо да извршите извођење услуга према следећем:

количина / врста: \_\_\_\_\_

50411000- Поправка мерне опреме,

(попунити)

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.	Цена	ИЗНОС
1	50411000 Поправка Сонде фотомера за луминансу IRRADIAN DET203VIS Начин извршења квалитативног пријема: Увид у изведено стање и увид у Уверење о еталонирању које ће покренути ТОЦ у Дирекцији за мере и драгоцене метале.	КОМ	1		
2	50411000 Поправка Сонде са филтером за осветљај IRRADIAN DET203VIS Начин извршења квалитативног пријема: Увид у изведено стање и увид у Уверење о еталонирању које ће покренути ТОЦ у Дирекцији за мере и драгоцене метале.	КОМ	1		
3	50411000 Поправка Микроомметар CROPICO D07PLUS серијски број 24L-0024 Начин извршења квалитативног пријема: Увид у изведено стање и увид у Уверење о еталонирању које ће покренути ТОЦ у сектору за метрологију МЛ-01.	КОМ	1		
4	50411000 Поправка Анализатора фреквенцијског спектра HP 8568A серијски број 2304A0556 Начин извршења квалитативног пријема: Увид у изведено стање и увид у Уверење о еталонирању које ће покренути ТОЦ у сектору за метрологију МЛ-01.	КОМ	1		

Молимо вас да нас мејлом обавестите када је е-факура израђена, са информацијом о тачном броју фактуре.

**На рачунима треба визуелно нагласити позив на број, уколико постоји.**

1. цена: \_\_\_\_\_ + ПДВ = \_\_\_\_\_
2. начин испоруке: \_\_\_\_\_
3. Рок извршења: \_\_\_\_\_ дана од примопредаје средства
4. плаћање: \_\_\_\_\_ до 30 дана од квалитативног пријема.

5. остало: \_\_\_\_\_ У цену су урачунати трошкови набавке резервних делова, као и сви други зависни трошкови. У случају да се квар не отклони у предвиђеном року, уређаји ће бити враћени и неће се тражити надокнада наведених трошкова и рада \_\_\_\_\_  
Уколико Додављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 0,2% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Додављач закасни са реализацијом више од 25 дана од дана пријема наруџбенице, наруџбеница ће постати ништава без права Додављача на обештећење.

ММ(39-091)

**ДИРЕКТОР**  
**П У К О В Н И К**  
др Ненко Бркљач, дипл. инж.

**НАПОМЕНА:** Модел наруџбенице треба попунити и доставити уз понуду, чиме се понуђач саглашава са садржином наруџбенице.