

Прва измена конкурсне документације и рока
за достављање понуда за ЈН бр. 224/17,

За партију број 3 (три) на страни 6 (шест) конкурсне документације бр. 02-1-4/8517-4 од 07.07.2017. године у делу техничке карактеристике, врши се измена и гласи:

ПАРТИЈА бр. 3

Универзална испитна тест машина (кидалица) 300kN..... 1 ком.

Намена: Лабораторијска опрема за испитивање затезних својстава материјала (истезање, сабијање итд), испитивање опруга...

Техничке карактеристике:

- Кидалица према захтевима стандарда ASTM E8 и ISO 10606,;
- Максимална сила: 30 tona (300 kN);
- Класа: 0,5 DIN ISO EN 7500.1;
- Померање: incremental Resolution 1µm;
- Максимални ход: од 1200 до 1500 мм
- Заузимање почетног положаја: ручно, брзим ходом;
- Ручно нуловање система;
- Могућност ручног задавања ограничења: max. Ход; max. Сила; max. Време трајања;
- Брзина кретања прихватне главе (чељусти): 0-500 mm/min.;
- ПС и софтверска подршка за мерење, праћење и обраду података на рачунару (дигитално и графички);
- Брзина померања греде са мерном-стезном главом: 0-500mm/min;
- Трансферзални екстензиометар почетне мерне дужине $L_0=30\text{mm}$ и издужења 25mm и лонгитудинални екстензиометар почетне мерне дужине $L_0=100\text{mm}$ и издужења 100mm
- Стезна глава-чељуст за прихват епрувета је механичка са ручним прихватом погодна за прихват следећих епрувета:
 - округле епрувете од 0 до 20 мм
 - плоснате епрувете од 0 до 20 мм(епрувета који највише користимо је пропорционално кратка $K=5,65$, $d=6$, SRPS EN 10002-1);
- Стезна чељуст да буде капацитета 300 KN и додатна стезна чељуст за мања оптерећења са капацитетом 10 KN
- Поред основне механичке клинасте чељусти (wedge grips) потребне су и додатне:
 - ексцентрична, са ролницама, капацитета од 1 до 20 KN
 - чељуст за конопце-ужад, минималног капацитета 1 KN
 - компресионе плоче, за испитивање завојних торзионих опруга. Пречник плоча 200 мм
- Јединице мера: N, mm, (опционо и друге мерни системи);
- Мерна ћелија на кидалици је у опсегу од 0 до 300 KN, а захтева се и додатна у опсегу

- од 0 до 100 KN;
- Обезбедити систем за чување измерених података ;
 - Произвођач опреме мора бити сертифициван по стандарду DIN EN ISO 9001 i DIN ISO 13485;

Додатни захтеви

- Укупну цену приказати без скривених трошкова;
- Испорука машине FCO Завод. / Паритет DDP Завод;
- Понуђач машине треба да има, ако није произвођач из Р. Србије, представништво и сервис на територији Р. Србије, са обученим сервисерима за понуђени тип машине који су држављани Р.Србије;
- Инсталацију, пуштање машине у погон као и обуку руковалаца у Заводу, може вршити особље које има држављанство Р. Србије, на српском језику;
- Одржавање машине у гарантном и вангарантном року могу вршити лица која имају држављанство Р. Србије;
- Доставити званичну писану информацију о времену одзива у случају кvara машине у гарантном року као и начин комуникације;
- Доставити временски рок у коме су обезбеђени резервни делови у вангарантном року и могућност сервисних интервенција у вангарантном року;
- Сва упутства о машини дати на српском језику;инсталирање, пуштање у рад и обука
- Доставити референтну листу, где је понуђена машина у раду у Србији.

Мења се тачка 7. позива за подношење понуда бр. 02-1-4/8517-7 од 12.07.2017. године и гласи:

Понуде се достављају на адресу Наручиоца или лично у затвореној коверти са назнаком "Понуда за јавну набавку добара – Радионичка опрема, ЈН бр. 224/17 – НЕ ОТВАРАТИ", до 25.08.2017. године до 12.00 часова. Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда истог дана са почетком у 12.15 часова, на адреси Наручиоца.

У поступку отварања понуда могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача је дужан да са собом понесе уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

У осталом делу предметна конкурсна документација и позив остају неизмењени.

ЈБ

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
пуковник
ср Ђорђе Затецало, дипл.инж.

Умножено у 2 (два) примерка
и достављено:
-Одељењу за набавке x2