

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

бр. 07- 4658 -4

12 OCT 2017

године

БЕОГРАД

ПИБ: 102116082

МАТ.БР: 07093608

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21

АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Позив за понуду,
доставља.-

Молимо Вас да нам доставите понуду са условима испоруке:

3830000 - Мерни инструменти:

Партија	НАЗИВ	Ј/М	Кол.
1	Једноканални систем за бесконтактни пренос сигнала сензора на бази мерних трака (Техничке карактеристике и захтеви су у прилогу)	ком	1
2	Мерне траке за мерење угаоне деформације, 6/350ХУ21 НВМ	ком	5
3	Лепак за мерне траке, Z70	ком	1

1. Врста поступка: јавна набавка мале вредности – издавањем наруџбенице.
2. Критеријум за оцењивање понуда: Најнижа понуђена цена.
3. Садржина понуде:
 - цена и износ добара, које морају бити фиксне и изражене по ставкама у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом, и укупан износ понуде, без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
 - начин плаћања (вирманом – 30 дана одложено од пријема рачуна у деловодство Наручиоца),
 - рок испоруке добара,
 - гарантни рок (најмање 2 године),
 - рок важења понуде,
 - локација испоруке добара (Технички Опитни Центар, 11000 Београд, Војводе Степе 445).
4. Рок плаћања краћи од траженог биће третиран као битан недостатак понуде. У случају да рок важења понуде буде краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
5. Понуде са варијантама нису дозвољене.
6. Наручилац задржава право да одустане од предметне набавке из њему знаних разлога.
7. **Начин и рок подношења понуде:** факсом (011/3401-148), e-mail: komercijala@toc.vs.rs , непосредно или поштом, у затвореним ковертама, са назнаком „Понуда по позиву бр. 07- 4658 – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу ул. Војводе Степе 445, Београд, дана **21.09.2017. године**, до 11⁰⁰ часова.
Под роком доставе понуда сматра се датум завођења истих у деловодству Наручиоца.

8. Коверте које не буду обележене наведеном назнаком биће враћене неотворене понуђачима.

9. Представници понуђача, пре почетка отварања понуда морају поднети пуномоћја – писмена овлашћења за активно учешће у поступку отварања понуда.

10. Лице за контакт: Петровић Владимир, тел. 3401-091.

У очекивању понуде, пријатељски Вас поздрављамо.

ВП (39-091)

**НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ЛОГИСТИКУ**

ПОТПУКОВНИК
Дарко Целетовић



8. Коверте које не буду обележене наведеном назнаком биће враћене неотворене понуђачима.

9. Представници понуђача, пре почетка отварања понуда морају поднети пуномоћја – писмена овлашћења за активно учешће у поступку отварања понуда.

10. Лице за контакт: Петровић Владимир, тел. 3401-091.

У очекивању понуде, пријатељски Вас поздрављамо.

ВП (39-091)

**НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ЛОГИСТИКУ**

ПОТПУКОВНИК
Дарко Целетовић



СПЕЦИФИКАЦИЈА

Једноканални систем за бесконтактни пренос сигнала сензора на бази мерних трака

Техничке карактеристике

- Рад у мерном ланцу са мерним аквизиционим системом типа Spider 8;
- Величина и отпорност на спољашње утицаје према IP 50;
- Пренос података 2 kHz (односно 2000 измерених вредности са мерних трака у секунди);
- Димензије које ће омогућавати постављање предајне јединице на вратила минималног пречника од 60 mm,
- Излаз из система мора бити аналогни 0-10 V, серијски RS-232;
- Минимална дужина кабла до мерног аквизиционог система 5 m;
- Напајање предајне јединице батеријско, аутономија рада од минимално 2 часа;
- Пренос података између предајног и пријемног модула на минималном растојању од 5 m;
- Опсег радне температуре од 0°C до +45°C;

Техничка документација

- Упутство за коришћење.
- Сервисно упутство са описом процедуре за еталонирање.
- Упутство за безбедан рад (у писаном облику на српском језику).
- Декларација да је мерило израђено у складу са прописаним безбедносним директивама (Declaration of Conformity).
- Фабричко уверење о еталонирању (Full Performance Test са резултатима мерења и придруженим мерним несигурностима).

Додатна опрема:

- Елементи за постављање предајне јединице на вратило;
- Каблови.

Еталонирање/калибрација

Уверење о еталонирању у метролошким лабораторијама које раде у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2005, а акредитоване су од националних акредитационих тела потписника EA MLA или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у Анексу Ц (Annex C) базе података CIPM MRA.

Обука:

За два корисника у трајању од једног радног дана. Додављач уређаја обезбеђује теоријску и практичну обуку за уређај у склопу квалитативног пријема. Обуку треба да се изведе према оригиналном упутству за уређај.

Захтев да испоручилац изврши повезивање, пуштање у рад и верификацију резултата мерења