



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6135-32

28 JUL 2016 године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке уређаја
за стимулацију срчане функције и
електрофизиологију бр. 6135/16,
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 27.06.2016. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

Питање 1: У техничкој документацији у партији под редним бројем 13. није јасно и прецизирано дефинисано који се облик дисталне кривине и дужина уводника за коронарни синус тражи. Да ли стога понуђени уводник мора да има више од четири различита облика дисталне кривине уводника за коронарни синус са могућношћу избора две различите дужине за сваки облик кривине.

Одговор: Потребно је да има више од четири дужине и облика.

Питање 2: У партијама под редним бројем 5., 6. и 7. стоји да се траже уводници за електроде за антибрадикардну стимулацију или хв електроде. У техничкој документацији није јасно прецизирано, па Вас молим за одговор да ли се траже уводници са или без хемостатичке валвуле?

Одговор партија бр. 5,6 и 7: Без хемостатичке валвуле.

ЗС.
Kol



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА

Проф. др Драган Динчић

Dragan Dincic

Достављено:

-у омот предмета 6135/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС