



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6150- 21

2016. године
27 JUN 2016

Појашњење у вези са припремањем
понуђе у поступку јавне набавке
Ултразвучни уређаји са пратећим
сондама бр. 251/16, д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 23.06.2016. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

1. Питање: Питања за партију 1. Ултразвучни уређаји са пратећим сондама за потребе Клинике за неурологију, ендокринологију, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш - 4 комада

Да ли је могуће изменити спецификацију и то следећу тачку: "Интегрисани Touch Screen панел на оперативној конзоли димензија од минимум 10 инча са могућношћу програмирања ради бржег и једноставнијег рада" тако да гласи: "Интегрисани Touch Screen панел на оперативној конзоли димензија од минимум 8.9 инча са могућношћу програмирања ради бржег И једноставнијег рада."

Образложење: У Вашем предметном поступку за радиолошку УЗ апарат, сте дозволили да Тоуцх сцреен панел на оперативној конзоли са могућношћу програмирања може бити и мањих димензија (конкретно 9 инча). Имајући у виду да и код једног и код другог апарата тражена карактеристика је везана за исту функционалност - олакшавање коришћења апарата, лакши приступ програмима и опцијама рада апарата итд.) молимо Вас да усвојите тражену сугестију подносиоца питања, јер би на тај начин омогућили и већу конкурентност у предметном поступку.

Одговор: Наручилац остаје у свему према условима из конкурсне документације.

2. Питање: Питања за партију 1. Ултразвучни уређаји са пратећим сондама за потребе Клинике за неурологију, ендокринологију, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш - 4 комада

Да ли је могуће изменити спецификацију и то следећу тачку: "Конвексна матрична сонда 2 - 5 МХз, +/- 1 МХз" тако да гласи: "Конвексна матрична сонда 2 - 5 МХз, или ширег опсега."

Образложење: Вашим дефинисаним захтевом онемогућено је учешће понуђача који у

својој понуди поседују сонде са бољим карактеристикама, што свакако представља битно ограничење конкуренције.

Одговор: Прихватамо сугестију биће извршена измена конкурсне документације.

3. Питање: Питања за партију 1. Ултразвучни уређаји са пратећим сондама за потребе Клинике за неурологију, ендокринологију, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш - 4 комада
Да ли је могуће изменити спецификацију и то следећу тачку: "Високо фреквентна линеарна матрична сонда, код које се кристали налазе у више редова и омогућава фокусирање у једну тачку, фреквентног опсега 4 - 15 МХз, +/- 1 МХз." тако да гласи: "Високо фреквентна линеарна матрична сонда, код које се кристали налазе у више редова и омогућава фокусирање у једну тачку, фреквентног опсега 4 - 13 МХз, или шире."

Образложење: Имајући у виду да је Ваш захтев фреквенцијског опсега везан за прегледе врата, дубина приказа представља битан параметар, те су и сонде фреквенцијског опсега до 13 МХз апсолутно задовољавајуће и омогућавају већу конкуренцију међу потенцијалним понуђачима.

Одговор: Наручилац остаје у свему према условима из конкурсне документације.

4. Питање: Питања за партију 2. Ултразвучни уређај са пратећим сондама за потребе Института за радиологију ВМА - 1 комад:

Да ли је могуће изменити спецификацију и то следећу тачку: "Интегрисани Touch Screen панел на управљачкој конзоли димензија најмање 9 инча са могућношћу програмирања ради бржег и једноставнијег рада, тако да гласи:

"Интегрисани Touch Screen панел на оперативној конзоли димензија од минимум 8.9 инча са могућношћу програмирања ради бржег и једноставнијег рада." Образложење: Разлика од 0,1 инча представља 2,54 мм што у сваком смислу представља занемарљиву разлику у односу на функционалности које корисник захтева. Подносилац питања сматра да корисник може дозволити одступање величине тоуцх скреен панела на управљачкој конзоли од 0,1 инча јер обе конзоле у потпуности испуњавају захтевану функционалност наручиоца.

Одговор: Наручилац остаје у свему према условима из конкурсне документације.

5. Питање: Питања за партију 2. Ултразвучни уређај са пратећим сондама за потребе Института за радиологију ВМА - 1 комад:

Да ли је могуће изменити спецификацију и то следећу тачку: "Линеарна матрична мултифреквентна 2Д сонда, опсега 5-12 МХз или шире, за прегледе крвних судова са дубином снимања од најмање 14 цм, са ширином кристала 40 мм, са подржаним водичем за биопсију." тако да гласи:

"Линеарна матрична мултифреквентна 2Д сонда, опсега 5-12 МХз или шире, за прегледе крвних судова са дубином снимања од најмање 10 цм, са ширином кристала од минимум 40 мм, са подржаним водичем за биопсију." Образложење: Оваквом изменом Наручилац би дозволио већу конкуренцију међу потенцијалним понуђачима. Такође напомињемо да при васкуларним прегледима линеарном сондом сасвим је довољна дубина приказа од 10 цм. Молимо Вас да нам образложите за које процедуре захтевају дубину приказа већу од 10 цм а које се раде линеарном сондом?

Такође Вашом спецификацијом сте напоменули да тражите ширину кристала од тачно 40 мм. Како оваква формулација ограничава битно конкуренцију молимо Вас да

дефинишете Ваш захтев у мин.40 мм јер сви понуђачи који нуде већу ширину кристала су дискриминисани и онемогућени да учествују у предметном поступку.

Одговор: Наручилац остаје у свему према условима из конкурсне документације.

6. Питање: Питања за партију 2. Ултразвучни уређај са пратећим сондама за потребе Института за радиологију ВМА - 1 комад:

Да ли је могуће изменити спецификацију и то следећу тачку:


"Линеарна матрична мултифреквентна 2Д сонда, опсега 5-15 МХз, или шире, за прегледе меких ткива (врат, дојке, мускулоскелетни систем и површина ткива) са дубином снимања најмање 8 цм, са ширином кристала најмање 50 мм, са водичем за биопсију." тако да гласи:

"Линеарна матрична мултифреквентна 2Д сонда, опсега 6-15 МХз, или шире, за прегледе меких ткива (врат, дојке, мускулоскелетни систем и површина ткива) са дубином снимања најмање 8 цм, са ширином кристала најмање 40 мм, са водичем за биопсију."

Образложење: За тражене прегледе меких ткива које сте захтевали (врат, дојке, мускулоскелетни систем и површина ткива) веома битна је горња граница опсега те је парадоксална ситуација да су понуђачи који нуде високофреквенцијске сонде (нпр.од 6 Мхз до 18 Мхз и шире) искључени због доње границе траженог фреквенцијског опсега. Управо због повећања конкурентности у предметном поступку, као и могућности нуђења линеарних сонди бољих карактеристика за тражене врсте прегледа, молимо Вас да усвојите нашу сугестију. Код високофреквенцијских сонди где је фокус прегледа на квалитетном приказу површинских структура до дубина од 1 до 2 цм ширина кристала од 40 мм или више је сасвим задовољавајућа и не ограничава конкуренцију, те Вас молимо да усвојите и ову нашу сугестију.

Одговор: Наручилац остаје у свему према условима из конкурсне документације.

МК.



ПРЕДСЕДНИК НАЧЕЛНИКА ВМА
пуковник
проф. др Драган Динчић

Handwritten signature of Dr. Dragan Dinčić

Достављено:

-у омог предмета 6150/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС