

Прилог бр. 8

Чувати до краја _____ године
 Функција _____ редни број _____
 Обрађивач _____

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА НИШ
 Инт. број _____
 _____ 2013. године

ЗАПИСНИК СА ПРЕГОВОРА

За набавку услуге **поправке МСЦТ "Toshiba Aquilion 16"** производње **TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV**, на употреби у Одељењу за радиологију у ВБ Ниш, за који се спроводи Преговарачки поступак без објављивања јавног позива, по Позиву за подношење понуде бр. _____ од _____ 2013. године, Војне болнице Ниш

ПРЕДМЕТ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ БРОЈ _____/2013

1. Поступак отварања понуда спроводи се у Нишу, бул. Зорана Ђинђића 66, дана **14.02.2013.** године са почетком у 12.00 часова.

2. Отварања понуда спроводи:
 -вс Горан Момчиловић

3. Констатује се да отварању понуда присуствују доле наведени представници понуђача који су поднели пуномоћја.

РБ	Понуђач	Представник	Пуномоћје број
1	"БЕОЛАСЕР д.о.о. Београд.	TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV	
2			
3			

4. Констатује се да су отварању понуда и погађању присуствовали и:

5. Благовремено, тј. до дана **22.02.2013.** год, до 10 сати, приспела је понуда:

дело. број	Назив -шифра понуђача	датум пријема	сат
0047-02/13	"БЕОЛАСЕР д.о.о. Београд.	22.02.2013	15.14

6. Након отварања понуда комисија је констатовала следеће податке:

- Понуда важи 60 (ШЕЗДЕСЕТ) дана од дана отварања понуде и погађања.
- Вредност понуде без ПДВ-а и сви други трошкови: 11.396.500,00 РСД.
- Износ ПДВ-а: 2.279.300,00 (20%) РСД.
- **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ:** 13.675.800,00 РСД.
- Начин плаћања: вирманси, тридесет дана по извршеној услузи.
- Рок реализације: 15 радних дана од потписивања Уговора.
- Рок за решавање рекламација је 24.00 часова по телефонском позиву.
- Гаранција на радове: шест месеци на радове и 300.000 слајсова на X-Ray tube.

7. Остали подаци из понуде и елементи који су договорени:

Неисправне резервне делове потребно је вратити TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV уз рабат. По завршетку поправке потребно је извршити тестирање свих опција рада апарата и калибрација истих. За безбедан рад са апаратом потребно је приложити уверење о метролошкој исправности апарата од стране овлашћене метролошке лабораторије Институт-Винча.

8. Евантуалне примедбе представника понуђача, које се односе на поступак отварања понуда:

9. Потписи председника и чланова Комисије:

- пк Слободан Ђирић, председник,
- мј Миодраг Лалић, члан,
- вс Биљана Периф, дипл.правник, члан
- вс Горан Момчиловић, члан

10. Потписи присутних овлашћених представника Понуђача:

- "БЕОЛАСЕР д.о.о. Београд" представник предузећа ДРАГАН РОКИЋ
- представник предузећа ДИПЛ.ИНГ.АНДРЕЈА БОЗОВИЋ

11. Поступак отварања понуда завршен је у 12.00 сати.

Записник водио вс Горан Момчиловић.

Записник уручан присутним овлашћеним представницима понуђача

Понуђач	Име и презиме	Потпис
БЕОЛАСЕР д.о.о. Београд	ДРАГАН РОКИЋ	

У Нишу, дана 22.02. 2013. године.

МЛ/

