



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР
НОВИ САД
број 3719-8
27.10.2016. година**

*Чувати до краја 2021. године
Функција број 30, редни број 58
Дана 27.10.2016. године
Обрађивач: вс В.Конески*

На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/2015, у даљем тексту: Закон), Решења о финансирању одбране РС за 2016. годину и Одлуке о одобрењу Плана набавки за 2016. годину, акт Управе за снабдевање, бр. 21-56 од 25.01.2016. године а у складу са чланом 116. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“, бр.29/14) као и на основу Оквирног споразума бр. 3009-37 од 04.08.2015. год (Удаљем тексту: ОС) закљученог између УВЗ ВМА, улица Црнотравска 17, Београд и добављача, а за потребе јединица и установа Министарства одбране и Војске Србије, и на основу и извештаја о стручној оцени понуда И.бр. 3719-7 од 27.10.2016. године, *д о н о с и м:*

**ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАРУЧБЕНИЦЕ**

1. Извршити услуга поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме из ВМЦ Нови Сад:
 - оправка СнПС-а: Ивомат, Ознака/Тип IP3, произвођач Ivoclar, серијски број 4-07112, година производње 1982, корисник Одељење стоматологије – протетика.
 - оправка СнПС-а: Апарат за пескирање „Kogorol“, произвођач BEGO, модел 102-а, серијски број 24.1337, година производње 1977., 1 ком., корисник Одељење стоматологије – протетика.
 - оправка СнПС-а: Сто специјални за зубну технику KWO са два радна места, произвођач KWO-EWL, серија 6.500.740, година производње 1977., 1 ком., корисник Одељење стоматологије – протетика.
 - оправка СнПС-а: Мотор зубарски ел. за глачање и стругање „Polimont“, произвођач RECO, модел Polymat PE 7714, серијски број 2808721, година производње - , 1 ком., корисник Одељење стоматологије – протетика.
 - оправка СнПС-а: Вакуум мешач, произвођач Degussa, серијски број 15054, година производње - , 1 ком., корисник Одељење стоматологије – протетика.Број набавке у ОРН: 50400000.
Позиција задатка у Плану јавних набавки: 1.2.33.
2. Сходно ОС, набавку услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме извршити од даваоца услуга ван ВС, „Техноват“ С.З.Р., Милића Барјактара број 17, Ветрник, издавањем наручбенице за целокупну услугу у износу од 310.040,00 динара без ПДВ-а, гарантни рок на услугу од 6 месеца и рок за извршење услуге од 25 дана од дана пријема наручбенице.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ

- На основу члана 4. ОС, привредним друштвима:
Привредно друштво МС Компану д.о.о., Задругарска бб, Земун-Београд,

Привредно друштво Medielektro д.о.о., Јосипа Кулунџића 40., Београд
 Привредно друштво МД Сервис медицинске опреме, Ђуре Јакшића 3., Пландиште
 Привредно друштво Medisal д.о.о., Скојевска број 23., Сурчин-Београд
 Привредно друштво Tehnovat С.З.Р., Милића Барјактара број 17., Ветрник
 Привредно друштво Taurunum Med Active С.З.Р., Гробљанска број 6., Добановци-Београд
 Привредно друштво Profesional medic д.о.о., Карађорђева број 124А, Ритопек
 Привредно друштво Engel д.о.о., Новака Радоњића број 39., Нови Сад,
 упућени су позиви за дефектажу и достављање понуда бр. 3719-5 од 27.10.2016, и то:

рб	Назив СнПСа	Серијски број	Установљене неисправности
1.	Ивомат, Ознака/Тип IP3, произвођач Ivoclar, година производње 1982, корисник Одељење стоматологије – протетика	4-07112	Апарат не постиже задату температуру. Потребни радови: - Потребна поправка апарата.
2.	Апарат за пескирање „Koropol“, произвођач BEGO, модел 102-а, година производње 1977., 1 ком., корисник Одељење стоматологије – протетика	24.1337	Апарат неисправан. Потребни радови: - Потребна замена доње дизне, дихтунга визирних вратанаца – 2 ком., стакла визира – 1 ком. и чишћење апарата.
3.	Сто специјални за зубну технику KWO са два радна места, произвођач KWO-EWL, година производње 1977., 1 ком., корисник Одељење стоматологије – протетика.	6.500.740	Дотрајала црева пламеника за бутан гас и компримовани ваздух. Потребни радови: - Потребна замена црева пламеника са пратећим п/м дужине 2 метра – 6 комада. - Замена црева за компримовани ваздух у дужини од 35 метара са пратећим п/м. - На нову инсталацију монтирати брзе спојке са флексибилним цревом дужине 2,5 метара за прикључак на апарат – 13 комада.
4.	Мотор зубарски ел. за глачање и стругање „Polimont“, произвођач RECO, модел Polymat PE 7714, година производње - , 1 ком., корисник Одељење стоматологије – протетика.	2808721	Неисправан гребенасти прекидач, филтери задрљани. Десни аспиратор не ради и неисправно светло. Навојно вретено похабано. Потребни радови: - Замена гребенастог прекидача, - Замена филтера – 2 ком., - Поправка десног аспиратора и поправка светла, - Израда новог навојног вретена.
5.	Вакуум мешач, произвођач Degussa, година производње - , 1 ком., корисник Одељење стоматологије – протетика.	15054	Неисправан апарат. Потребни радови: - Потребан ремонт електромотора, замена црева са конектором. Замена о-ринг прстенова конектора, замена прекидача, замена о-ринг прстенова посуде за мешање, поребна машинска обрада лежишта о-ринг посуде, потребна израда постоља за

		фиксирање мале и средње посуде за мешање.
--	--	---

- Поступак отварања понуда, спроведен у ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја 5, дана 27.10.2016. године са почетком у 10.15 часова.
- Отварање понуда водила је комисију одређена Одлуком о покретању набавке И.бр. 3719-1 од 14.10.2016. год., у следећем саставу:
 - ВС Видан Конески, председник,
 - ВС Рада Врачар, члан,
 - зс Марци Пољак, члан.
- Благовремено тј. до 27.10.2016. године у 10.00 часова, понуду у траженом року, доставили су понуђачи са следећим подацима:

Број под којим је понуда заведена у ВМЦ Нови Сад (Војномедицински центар)	бр. 3868-1 од 27.10.2016. год.
Време пријема понуде	09.20 часова
Назив и шифра понуђача	„Tehnovat“ С.З.Р., Милића Барјактара број 17, Ветрник
Број понуде понуђача и датум	2110 АБ - 1 од 21.10.2016. год.
Понуђена цена (вредност понуде без обрачунаог ПДВ-а)	310.040,00
Понуђена цена (вредност понуде са обрачунатим ПДВ-ом)	372.048,00
Гарантни рок	6 месеци
Рок реализације услуге	25 дана
Рок плаћања	30 дана

- Отварању понуда нису присуствовали представници понуђача.
- Приликом отварања понуда комисија је констатовала да је понуда понуђача исправна и у складу са условима из конкурсне документације.
- Крутеријум за вредновање понуде је „економски најповољнија понуда“.
- На основу примљених понуда, а с обзиром да је пристигла једна понуда, Комисија није вршила пондерисање.

Предлог Комисије:

На основу сагледаних потреба за одржавањем медицинске опреме, и немогућности да се потребе задовоље властитим капацитетима, неопходно је ради стварања услова за континуирано функционисање система логистичке подршке, комисија за јавну набавку ВМЦ-а, након стручне оцене предлаже:

Сходно ОС, издати наруџбеницу привредном друштву „Tehnovat“ С.З.Р., Милића Барјактара број 17., Ветрник, за услугу оправке горе наведених апарата, према следећем:

Назив и шифра понуђача	„Tehnovat“ С.З.Р., Милића Барјактара број 17, Ветрник
Број понуде понуђача и датум	2110 АБ - 1 од 21.10.2016. год.
Понуђена цена (вредност понуде без обрачунаог ПДВ-а)	310.040,00
Понуђена цена (вредност понуде са обрачунатим ПДВ-ом)	372.048,00
Гарантни рок	6 месеци
Рок реализације услуге	25 дана
Рок плаћања	30 дана

Имајући у виду све поменуто, а на основу предлога коју је Комисија за јавне набавке ВМЦ дала уз предходно потпуно усаглашене ставове, одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

Против одлуке Наручиоца, понуђач може поднети захтев за заштиту права понуђача, ако сматра да су овом одлуком повређена његова права. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији, непосредно или поштом препоручено са повратницом у року од 5 дана од дана објаве на Порталу УЈН, а у складу са одговарајућим одредбама (члан 148-167) Закона о јавним набавкама.

/ВК

*Израђено у 1 примерку, ископирано
у 1 примерку и достављено:*

- Уз предмет ЈН,
- путем телефакса понуђачима:
„Technovat“ С.З.Р..

У П Р А В Н И К А

пуковник

др Братољуб Бркљача

